



Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
Szpital im. dr. J. Babińskiego
91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159
tel. / fax. 42 71 55 777, 42 652-80-30
REGON **000297187** NIP **947-16-67-139**

Łódź, dnia 03.12.2020 r.

SPZOZ/ZPIZ/328/2020

*Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego*

ZAWIADOMIENIE

**O CZYNNOŚCI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ ODRZUCENIU OFERT
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W ZAKRESIE PAKIETU NR 4**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem produktów jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek i podkładów higienicznych, odzieży medycznej oraz środków ochrony indywidualnej do Apteki Szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi z podziałem na 4 pakiety. Znak sprawy: ZPIZ/PN/D/7/2020.”

I. Zamawiający, Spec. Psych. ZOZ w Łodzi, na mocy art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) dalej ustawy PZP, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Pakietu nr 4.

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP – „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.”

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający działając na mocy art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP dokonał czynności odrzucenia oferty Wykonawcy **ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k.** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze oraz oferty Wykonawcy **BIALMED SP. Z O.O.** ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

II. Zamawiający, Spec. Psych. ZOZ w Łodzi, na mocy art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) dalej ustawy PZP, zawiadamia o czynności odrzucenia, w zakresie Pakietu nr 4, ofert Wykonawców: **ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k.** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze oraz **BIALMED SP. Z O.O.** ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

II.1. Zamawiający działając na mocy art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP dokonał czynności odrzucenia, w zakresie Pakietu nr 4, oferty Wykonawcy **ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k.** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca w **Pakiecie nr 4 w pozycji nr 23** formularza asortymentowo – cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ zaoferował maskę anestetyczną z nadmuchiwanym kołnierzem TD-40 o numerze katalogowym MAP-x (x-zmienna rozmiaru) wykonaną z PCV. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymagał zaoferowania maski anestetycznej silikonowej – różne rozmiary, op.a'1 szt. Zamawiający informuje, iż właściwości materiału PCV (polichlorek winylu) vs silikon (medyczny) z jakich wykonywany jest dostępny na rynku asortyment medyczny charakteryzują się różnymi właściwościami, których w żaden sposób nie można uznać za tożsame lub równoważne, a mianowicie:

Kluczowe właściwości i funkcje PCV:

- PCV może zawierać ftalan plastyfikatory (zmiękczacze plastiku);
- dostępny w różnych stopniach twardości (od bardzo miękka do bardzo twarda);
- mało plastyczny i elastyczny;
- dostępny w różnych kolorach, może być przezroczysty lub nieprzezroczysty;
- łatwo się brudzi i widocznie odbiega swoją barwą od koloru skóry człowieka;

Kluczowe właściwości i funkcje silikonu (medycznego):

- hipoalergiczny;
- wolny od ftalanów;
- szybko przyjmuje temperaturę ciała;
- jest plastyczny i elastyczny;
- nieporowata powierzchnia;
- odporny na zużycie, łatwy w czyszczeniu i dobrze przylega do skóry. Dodatkowym atutem jest możliwość zabarwienia go na kolor skóry.

W związku z powyższym oferta złożona przez Wykonawcę nie spełnia wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – jej treść nie odpowiada treści SIWZ i tym samym podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP.

II.2. Zamawiający działając na mocy art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP dokonał czynności odrzucenia, w zakresie Pakietu nr 4, oferty Wykonawcy **BIALMED SP. Z O.O.** ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca w **Pakiecie nr 4 w pozycji nr 23** formularza asortymentowo – cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ zaoferował maskę i do anestezji z mankietem dmuchanym i zaworkiem o numerze katalogowym TW 8350-8355 wykonaną z PCV. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymagał zaoferowania maski anestetycznej silikonowej – różne rozmiary, op.a'1 szt. Zamawiający informuje, iż właściwości materiału PCV (polichlorek winylu) vs silikon (medyczny) z jakich wykonywany jest dostępny na rynku asortyment medyczny charakteryzują się różnymi właściwościami,

których w żaden sposób nie można uznać za tożsame lub równoważne, a mianowicie:

Kluczowe właściwości i funkcje PCV:

- PCV może zawierać ftalan plastyfikatory (zmiękczacze plastiku);
- dostępny w różnych stopniach twardości (od bardzo miękka do bardzo twarda);
- mało plastyczny i elastyczny;
- dostępny w różnych kolorach, może być przezroczysty lub nieprzezroczysty;
- łatwo się brudzi i widocznie odbiega swoją barwą od koloru skóry człowieka;

Kluczowe właściwości i funkcje silikonu (medycznego):

- hipoalergiczny;
- wolny od ftalanów;
- szybko przyjmuje temperaturę ciała;
- jest plastyczny i elastyczny;
- nieporowata powierzchnia;
- odporny na zużycie, łatwy w czyszczeniu i dobrze przylega do skóry. Dodatkowym atutem jest możliwość zabarwienia go na kolor skóry.

W związku z powyższym oferta złożona przez Wykonawcę nie spełnia wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – jej treść nie odpowiada treści SIWZ i tym samym podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Z poważaniem
Anna Śremska
Dyrektor Spec. Psych. ZOZ w Łodzi