

Czachów , 02.11.2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ .

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa środków ochronnych oraz wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Czachowie w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość”** – nr postępowania ZP.26. 2. 2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2018., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie :

Pytanie – Dotyczy zadania nr 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie lampy antybakteryjnej przepływowej o poniższych parametrach:

- napięcie zasilania 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 110 W
- trwałość promiennika do 9000h
- dezynfekowana powierzchnia 10-20 m²
- licznik czasu pracy – cyfrowy wyświetlacz

Odp.

Zamawiający dopuszcza lampę antybakteryjną przepływową o poniższych parametrach:

- napięcie zasilania 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 110 W
- trwałość promiennika do 9000h
- dezynfekowana powierzchnia 10-20 m²
- licznik czasu pracy – cyfrowy wyświetlacz