

Dom Pomocy Społecznej
ul. Winiarska 26
62-800 Kalisz

Kalisz, dn. 6.08.2021r

Wykonawcy biorący udział w zapytaniu ofertowym DPS-ST.270.1.2021

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu”

Odpowiedzi na zapytania do treści zapytania ofertowego

Zamawiający, Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, informuje iż do w/w zapytania ofertowego zostały złożone pytania. W związku z tym, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

1. Pytanie1:


Dotyczy zad. 1. Poz. 2. Podnośnik do osób niepełnosprawnych z ramą jezdną oraz podnośnik ścienny (zestaw) – 3 zestawy


Prosimy Zamawiającego o określenie czy:

1). W ramach każdego z 3 zestawów Zamawiający wymaga:

Podnośnik	1szt.
Rama jezdna do podnośnika	1szt.
Uchwyt do montażu podnośnika (ścienny lub sufitowy lub podłogowy)	1szt.
Siedzisko uniwersalne	1szt.

?





Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy zapytania ofertowego i jednocześnie wyjaśnia, że w skład każdego zestawu wchodzi:

Podnośnik transportowo – kąpielowy	1szt.
Rama jezdna do podnośnika transportowo - kąpielowego	1szt.
Podnośnik ścienny	1szt.
Uchwyt do montażu podnośnika ściennego (z możliwością montażu na ścianie, suficie, podłodze w zależności od warunków architektonicznych pomieszczenia co leży po stronie Zamawiającego)	1szt.
Siedzisko uniwersalne	1szt.


Zamawiający chce zakupić 3 takie zestawy.

2. Pytanie2:

Dotyczy zad. 1. Poz. 2. Podnośnik do osób niepełnosprawnych z ramą jezdną oraz podnośnik ścienny (zestaw) – 3 zestawy

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako zestaw podnośnik w komplecie z uchwytem ściennym oraz ramą jezdną i chustą na pacjenta?

Poniżej zdjęcia prezentujące proponowany zestaw:



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści zapytania ofertowego. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy zapytania ofertowego.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
ferem
 Marcin Ferenc