

ADM.282.2.40.2018

Płock, dn. 13.12.2018r.

WYKONAWCY

Dot. postępowania prowadzonego w trybie ogłoszenia pn. **Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”**

Gmina – Miasto Płock – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku – jednostka budżetowa przekazuje treść zapytań które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 10.12.2018 roku.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści długość wózka 208 cm x 75 cm? Są to parametry nieznacznie różniące się od wymaganego, które można uznać za równoważne.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści cztery koła jezdne o średnicy 150 mm? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści długość leża wynoszącą 192 cm? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści szerokość leża wynoszącą 64 cm?

Parametr ten bardzo nieznacznie różni się od wymaganego, a więc można uznać go za równoważny.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji wysokości leża wynoszący 67-99 cm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, a więc można uznać go za równoważny.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści regulację oparcia pleców wynoszącą 70 stopni? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści masę wózka wynoszącą 100 kg? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści leże wózka czterosegmentowe? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści obciążenie robocze, wynoszące 200 kg?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści konstrukcję wózka, wykonaną ze stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym z leżem oraz barierkami wykonanymi z tworzywa ABS?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu oparcia pleców wykonywaną płynnie za pomocą sprężyny gazowej?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości przy użyciu mechanizmu śrubowego?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne - zaokrąglone narożniki leże, służące jako ochrona zarówno ścian przed obciążeniami jak i sam wózek przed uszkodzeniem.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne - tj. uchwyt na butlę z tlenem?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w hamulec centralny?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne wózka wynoszące: 190 x 73 cm?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści długość leża wynoszącą 1900 mm?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści szerokość leża wynoszącą 600 mm?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji wysokości leża wykonywany za pomocą mechanizmu śrubowego wynoszący 57-87 cm?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu oparcia pleców wynoszącą od 0 do 75 stopni? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuści obciążenie robocze wynoszące 220 kg?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści masę wózka wynoszącą 90 kg?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.