



Łódź, dn. 2020-07-17

Znak sprawy: 12/2020

www.centrumrydygiera.pl

dotyczy: zapytania ofertowego na: „*Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.*” Znak 12/2020

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21.07.2020 r. do godziny 12.00

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły do podstępowania Znak 12/2020, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie:

Czy Zamawiający celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego oraz pacjentów, zgodności zapisów instrukcją obsługi urządzenia oraz wymogami ustawy o wyrobach medycznych będzie wymagał do przeglądów i naprawy użycia wyłącznie oryginalnych części zamiennych

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oryginalnych części zamiennych bądź dopuszczonych przez producenta zamienników, które nie powodują utraty statusu wyrobu medycznego.

2. Pytanie:

Ustawa o wyrobach medycznych w celu zapewnienia maksymalnego w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta wymaga przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z wymogami producenta. Czy Zamawiający wymaga, aby w ramach procedury przeglądowej zgodnej z wymogami producenta, zostały wymienione części zużywalne według harmonogramu podanego w instrukcji obsługi?

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia części. Rezygnuje z konieczności uwzględniania ich wymiany w cenie przeglądu. Ewentualna wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

3. Pytanie:

Czy Zamawiający celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta, spełnienia procedur producenta, dostępu do oryginalnych części, aktualnego oprogramowania, wiedzy i dokumentacji technicznej będzie wymagał od Wykonawcy posiadania autoryzacji producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia (personel) posiadały aktualne certyfikaty lub inne równoważne dokumenty wydane przez producenta urządzeń lub uprawnionego przedstawiciela, potwierdzające, że zostały przeszkolone w zakresie wykonywania czynności serwisowych będących przedmiotem zamówienia.



Centrum Medyczne
im. dr. Ludwika Rydygiera
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części nr 8 (kardiomonitor) pozycji nr: 1,3,4,8,9,10 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla Centrum Medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem
dr n. med. Krzysztof Kumański
Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU
Centrum Medyczne
im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.
dr n. med. Krzysztof Kumański