

**ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - ZNAK 17/2021**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17.06.2021r. do godz. 14:00.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO ZAPROSZENIA - ZNAK 17/2021

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły od Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia:

1. **Dot. Pakietu nr 1, poz. 1-** Czy zamawiający dopuści papier 109mm x 40mm odpowiednim przeliczeniem ilości na 10 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza papier o rozmiarach **109mm x 40m**.

2. **Dot. Pakietu nr 1, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści papier do EKG o rozmiarach 210mm x 25mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza papier o rozmiarach **210mm x 25m**.

3. **Dot. Pakietu nr 3, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę kapturków za sztukę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę; wycena 400 sztuk kapturków.

4. **Dot. Pakietu nr 3, poz. 4** – Czy Zamawiający dopuszcza wycenę kieliszków jednorazowych pakowanych a' 90 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

5. **Dot. Pakietu nr 4, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści zestaw laryngologiczny jednorazowego użytku w rozmiarze M odpowiadający wziernikowi 2mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

6. **Dot. Pakietu nr 4, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści zestaw laryngologiczny jednorazowego użytku w rozmiarze L odpowiadający wziernikowi 4mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

7. **Dot. Pakietu nr 5, poz. 1** - W związku z opisem przedmiotem zamówienia zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy zamawiający ma na myśli 9 opakowań po 10 sztuk, czy 9 sztuk podkładu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 9 opakowań po 10 sztuk podkładów.

8. **Dot. Pakietu nr 5, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a' 20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

9. **Dot. Pakietu nr 5, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylne dostępne w rozmiarach M, L, XL, XXL?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wymaga fartuchów sterylnych w rozmiarach: M - 100 sztuk, L - 50 sztuk, XL - 50 sztuk, XXL - 50 sztuk.

10. **Dot. pakietu nr 5, poz. 6** - Zwracamy się z prośbą o podanie składu wymaganego zestawu.

Odpowiedź: W skład zestawu wchodzi: podkład ochronny 40cm x 60cm, podkład papierowy niebieski 60cm x 60cm, 2 pary sterylnych rękawiczek lateksowych, gruszka do odsysania wydzieliny, zacisk pępowinowy, zestaw kompresów 15cm x 15cm, nożyczki 12cm, opaska identyfikacyjna dla noworodka, chusteczki papierowe 11cm x 20 cm, pielucha dla noworodka, podpaska higieniczna siatkowa.

11. **Dot. Pakietu nr 5, poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści spodenki z otworem do rektoskopii?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

12. **Dot. Pakietu nr 6, poz. 3** - Czy można zaoferować rękaw o długości 100m? Ilości zostaną odpowiednio przeliczone.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

13. **Dot. Pakietu nr 6, poz. 4** - Czy można zaoferować torebki papierowo - foliowe, samoprzylepne o rozmiarze 200 x 350 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

14. **Dot. Pakietu nr 6, poz. 5** - Czy można zaoferować torebki papierowo - foliowe, samoprzylepne o rozmiarze 130 x 250 mm lub 130 x 350 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

15. **Dot. Pakietu nr 6, poz. 3** - czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo - foliowy z fałdą o wymiarach 200mm x 55mm x 200m w miejsce rękawa o wymiarach 200mm x 50mm x 200?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

16. **Dot. Pakietu nr 6, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki o wymiarach 200 x 330mm zamiast 210 x 350mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

17. **Dot. Pakietu nr 6, poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki o wymiarach 135 x 255mm zamiast 120 x 300mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

18. **Dot. Pakietu nr 6, poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki o wymiarach 100 x 230mm zamiast 100 x 250mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.