



Lódź, dnia 19.06.2020 r.

Znak sprawy: I/PN/2020

www.centrumrydygiera.pl

Dot.: przetargu nieograniczonego na: „Sprzedaż i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku” do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o. Znak sprawy: I/PN/2020.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

I. w załączniku nr 7 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy):

1) w poz. 83 zmienia opis:

jest:

Pozycja	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość Szpital + Poradnie	Ilość Przychodnie	Ilość razem
83	Sterylny żel do cewnikowania o działaniu przeciwbólowym i przeciwbakteryjnym, jednorazowego użycia w opakowaniu 7g-9g lub 6ml-11ml	szt.	96		96

a powinno być:

Pozycja	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość Szpital + Poradnie	Ilość Przychodnie	Ilość razem
83	Sterylny żel do cewnikowania o działaniu przeciwbólowym i przeciwbakteryjnym, jednorazowego użycia w opakowaniu 7g-9g lub 6ml-11ml. Żel wolny od konserwantów i parabenów	szt.	96		96

2) w poz. 98 zmienia ilość w pkt a):

jest:

Pozycja	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość Szpital + Poradnie	Ilość Przychodnie	Ilość razem
98	Cewnik do linii centralnych zakładanych z naczyń obwodowych (ECC) z kontrastującego w Rtg PUR (poliuretanu), cewnik wprowadzany do naczynia obwodowego, metalowy przewód; przeznaczony na długi czas pozostawienia w naczyniu, dla wcześniaków o bardzo niskiej masie ciała, znakowany co 1cm; w zestawie element do wprowadzenia cewnika do naczynia - rozdzielnia lub rozłamywana kaniula (20G/22G/24G); kran typu Luer - Lock; rozmiary:	x	x	x	x
	a) Cewnik do linii centralnych 1F o dł. 150mm	szt.	50		50
	b) Cewnik do linii centralnych 1F o dł. 200mm	szt.	5		5

a powinno być:

Pozycja	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość Szpital + Poradnie	Ilość Przychodnie	Ilość razem
---------	-------------------	------	--------------------------	-------------------	-------------

98	Cewnik do linii centralnych zakładanych z naczyń obwodowych (ECC) z kontrastującego w Rtg PUR (poliuretanu), cewnik wprowadzany do naczynia obwodowego, metalowy przewód; przeznaczony na długi czas pozostawienia w naczyniu, dla wcześniaków o bardzo niskiej masie ciała, znakowany co 1cm; w zestawie element do wprowadzenia cewnika do naczynia - rozdzielnia lub rozłamywana kaniula (20G/22G/24G); kran typu Luer - Lock; rozmiary:	x	x	x	x
	a) Cewnik do linii centralnych 1F o dł. 150mm	szt.	5		5
	b) Cewnik do linii centralnych 1F o dł. 200mm	szt.	5		5

3) w poz. 122 i 123 zmienia opis:

jest:

Pozycja	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość Szpital + Poradnie	Ilość Przychodnie	Ilość razem
122	Koreczek żeński do dezynfekcji zaworu bezigłowego pakowany pojedynczo lub w listku (10sztuk) do powieszenia. Nasączony 70% alkoholem izopropylowym	op.	33		33
123	Koreczek męski do zabezpieczenia drenu, pakowany pojedynczo lub w listku (5 sztuk) do powieszenia. Nasączony 70% alkoholem izopropylowym	op.	33		33

a powinno być:

Pozycja	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość Szpital + Poradnie	Ilość Przychodnie	Ilość razem
122	Koreczek żeński do dezynfekcji zaworu bezigłowego pakowany pojedynczo lub w listku (10sztuk) do powieszenia. Nasączony 70% alkoholem izopropylowym, sterylny	op.	33		33
123	Koreczek męski do zabezpieczenia drenu, pakowany pojedynczo lub w listku (5 sztuk) do powieszenia. Nasączony 70% alkoholem izopropylowym, sterylny	op.	33		33

4) w poz. 131 i 132 zmienia ilość:

jest:

Pozycja	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość Szpital + Poradnie	Ilość Przychodnie	Ilość razem
131	Mankiet noworodkowy rozmiar 4, 7-13cm typu classic - cuf z końcówka typu Neo-Snap jednopacjentowe. Opakowanie 20szt.	op.	33		33
132	Mankiet noworodkowy rozmiar 5, 8-15cm typu classic - cuf z końcówka typu Neo-Snap jednopacjentowe. Opakowanie 20szt.	op.	33		33

a powinno być:

Pozycja	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość Szpital + Poradnie	Ilość Przychodnie	Ilość razem
131	Mankiet noworodkowy rozmiar 4, 7-13cm typu classic - cuf z końcówka typu Neo-Snap jednopacjentowe. Opakowanie 20szt.	op.	1		1
132	Mankiet noworodkowy rozmiar 5, 8-15cm typu classic - cuf z końcówka typu Neo-Snap jednopacjentowe. Opakowanie 20szt.	op.	1		1

5) w poz. 142 b) i 142 c) zmienia jednostkę miary szt. na op. oraz poz. 137-149 zmienia na poz. 137a), 137b), 137c), 137d), 137e), 137f), 137g), 137h), 137i), 137j), 137k), 137l), 137m), 137n), 137o), 137p):

jest:

Pozycja	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość Szpital + Poradnie	Ilość Przychodnie	Ilość razem
137	Jednorazowy układ oddechowy do nCPAP typu Infant Flow, podgrzewany odcinek wdechowy 1x120cm, średnica 10mm, z podłączeniem grzałki nawilżacza oraz czujników temperatury, linia łącząca aparat z komorą nawilżacza 60cm (sucha). Odcinek wdechowy podgrzewany, pomiarowy dren ciśnieniowy, złącze typu TWIN z zatrzaskiem do zamocowania generatora. Generator nCPAP wraz z końcówkami donosowymi w trzech rozmiarach (S,M, L). Gniazdo zasilania grzałki typu trójkątne, jednorazowa komora nawilżacza kompatybilna z nawilżaczem typu F&P MR850. Generator/ przyłącze pacjenta z zabudowaną w jednym przewodzie linią wdechową i wydechową. Przystosowany do zamocowania na opasce z gąbką. Zamawiający wymaga, aby układ był pakowany przez producenta w jednym opakowaniu razem z generatorem.	szt.	10		10
138	Opaska mocująca na głowę posiadająca złącze do zaczipienia gąbki stabilizującej generator. Paski z tolerancją rozmiarową dostępne w pięciu rozmiarach 18-22mm, 22-26mm, 26-30mm, 36-42mm. Regulacja zapewnia odpowiednie dopasowanie. Opaska z elementami antypoślizgowymi zapewniającymi stabilność opaski i jej utrzymanie we właściwej pozycji. Opaska umożliwia dostęp do skóry głowy.	szt.	10		10
139	Jednorazowa czapeczka do mocowania przyłącza nCPAP typu Infant Flow, dostępna w dziewięciu rozmiarach dla wagi pacjenta od 500g.	szt.	10		10
140	Maski do nCPAP kompatybilne z przyłączem typu Infant Flow w minimum 3 rozmiarach.	szt.	10		10
141	Końcówki donosowe nCPAP kompatybilne z przyłączem typu Infant Flow w minimum 3 rozmiarach	szt.	10		10
142	Kaniule nosowe do zastosowania ze zmienną wartością ciśnienia przepływu w zależności od typu wentylacji nieinwazyjne. Ramiona wykonane z PCV zakończone bezpośrednio adapterem o średnicy 15mm, wykonane z poliuretanu umożliwiającym podłączenie do układu oddechowego respiratora lub resuscytatora do otrzymania ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych. Noski wykonane z PCV nie zawierającego ftalanów. Długość jednego ramienia jednej rurki około 28cm/+ - 3mm. Dodatkowo produkt ma zawierać niezależny adapter umożliwiający podłączenie standardowego drenu tlenowego. Każdy produkt musi posiadać pierścień o-ring wykonany z silikonu do przytrzymywania kaniuli, kolor pierścienia wskazuje rozmiar kaniuli. Produkt niesterylny. Rozmiary:	x	x	x	x
	a) Kaniule nosowe - odstęp w przegrodzie nosowej: 4,2mm. Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 3mm. Opakowanie 10szt.	op.	1		1
	b) Kaniule nosowe - odstęp w przegrodzie nosowej: 4,8mm. Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 3,5mm. Opakowanie 10szt.	szt.	1		1
	c) Kaniule nosowe - odstęp w przegrodzie nosowej: 5mm. Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 4mm. Opakowanie 10szt.	szt.	1		1
143	Czujnik brzuszny oddechu jednorazowego użytku służący do wykrywania wysiłku wdechowego noworodka(kapsuła Graseby), który steruje podawaniem westchnień. Długość 100cm, bezlateksowy, pakowany pojedynczo.	szt.	1		1
144	Jednorazowy układ oddechowy dla noworodków z pułapka wodną oraz drenem ciśnieniowym. Odcinek wdechowy podgrzewany, odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną. Złącze Y obrotowe, układ posiada port do podawania tlenu azotu oraz komplet adapterów. Układ wyposażony w jednorazową komorę nawilżacza z automatycznym wprowadzeniem wody współpracującą z nawilżaczem typu F&P MR 850. Układ oddechowy kompatybilny z respiratorem typu Maquet Servo I	szt.	2		2
145	Jednorazowy układ oddechowy oraz maska do resuscytacji:	x	x	x	x
	a) Jednorazowy układ oddechowy z zastawką T	szt.	20		20
	b) Maska do resuscytacji okrągła, do sterylizacji, kompatybilna z układami w poz. a), w rozmiarach 0, 1, 2	szt.	20		20

146	Mocowanie rurek intubacyjnych przeznaczone dla wcześniaków i noworodków. Produkt nie zawiera lateksu i BPA, musi zapobiegać urazom podniebienia, w nagłych przypadkach łatwy do usunięcia. Mocowanie za pomocą plastra hydrokoloidowego, plastry mocujące nie mogą znajdować się bezpośrednio przy ustach noworodka. Możliwość utrzymania do 1 tygodnia. Załączona taśma miernicza ułatwiająca dobór odpowiedniego rozmiaru. Produkt niesterylny. Dostępne rozmiary w zależności od wagi noworodka: od 1500g do 2000g, powyżej 2000g. Opakowanie 5szt.	op.	4		4
147	Jednorazowe plastry hydrokoloidowe do ochrony nosa podczas stosowania maszek neonatologicznych przy wentylacji nCPAP w kształcie połączonego trójkąta z literą T, dostępne w dwóch rozmiarach Small i Large, pakowane oddzielnie, niesterylne. Opakowanie 20szt.	op.	1		1
148	Plaster do mocowania sond oraz kaniul o długości całkowitej około 57mm, szerokość około 12mm, długość powierzchni hydrokoloidowej około 25mm. Plaster posiada drugą powierzchnię adhrzyjna służącą do przymocowania kaniuli lub sondy zakończoną granatowym znacznikiem. Skrzydełko plastru może być wielokrotnie przyklejane i odklejane. Długość skrzydełka około 5mm. Produkt niesterylny. Opakowanie 100szt.	op.	1		1
149	Jednorazowa opaska do mocowania noworodkowych czujników pulsoksymetrycznych, nieprzylepna (bez zastosowania kleju), wykonana z pianki, bez lateksu, miękkie mocowanie na rzep stosowane zarówno na palec, stopę, jak i w każdą kończynę, w kolorze białym. Dostępne rozmiary: Large - długość 125mm szerokość 25mm. Opakowanie 100szt.	op.	1		1

a powinno być:

Pozycja	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość Szpital + Poradnie	Ilość Przychodnie	Ilość razem
	Akcesoria pomocnicze do nCPAP typu Infant Flow oraz inny asortyment	x	x	x	x
137	a) Jednorazowy układ oddechowy do nCPAP typu Infant Flow, podgrzewany odcinek wdechowy 1x120cm, średnica 10mm, z podłączeniem grzałki nawilżacza oraz czujników temperatury, linia łącząca aparat z komorą nawilżacza 60cm (sucha). Odcinek wdechowy podgrzewany, pomiarowy dren ciśnieniowy, złącze typu TWIN z zatrzaskiem do zamocowania generatora. Generator nCPAP wraz z końcówkami donosowymi w trzech rozmiarach (S,M, L). Gniazdo zasilania grzałki typu trójkątne, jednorazowa komora nawilżacza kompatybilna z nawilżaczem typu F&P MR850. Generator/ przyłącze pacjenta z zabudowaną w jednym przewodzie linią wdechową i wydechową. Przystosowany do zamocowania na opasce z gąbką. Zamawiający wymaga, aby układ był pakowany przez producenta w jednym opakowaniu razem z generatorem.	szt.	10		10
	b) Opaska mocująca na głowę posiadająca złącze do zaczepienia gąbki stabilizującej generator. Paski z tolerancją rozmiarową dostępne w pięciu rozmiarach 18-22mm, 22-26mm, 26-30mm, 36-42mm. Regulacja zapewnia odpowiednie dopasowanie. Opaska z elementami antypoślizgowymi zapewniającymi stabilność opaski i jej utrzymanie we właściwej pozycji. Opaska umożliwia dostęp do skóry głowy.	szt.	10		10
	c) Jednorazowa czapeczka do mocowania przyłącza nCPAP typu Infant Flow, dostępna w dziewięciu rozmiarach dla wagi pacjenta od 500g.	szt.	10		10

137	d) Maski do nCPAP kompatybilne z przyłączem typu Infant Flow w minimum 3 rozmiarach.	szt.	10		10
	e) Końcówki donosowe nCPAP kompatybilne z przyłączem typu Infant Flow w minimum 3 rozmiarach	szt.	10		10
	f) Kaniule nosowe do zastosowania ze zmienną wartością ciśnienia przepływu w zależności od typu wentylacji nieinwazyjne. Ramiona wykonane z PCV zakończone bezpośrednio adapterem o średnicy 15mm, wykonane z poliuretanu umożliwiającym podłączenie do układu oddechowego respiratora lub resuscytatora do otrzymania ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych. Noski wykonane z PCV nie zawierającego ftalanów. Długość jednego ramienia jednej rurki około 28cm/+ - 3mm. Dodatkowo produkt ma zawierać niezależny adapter umożliwiający podłączenie standardowego drenu tlenowego. Każdy produkt musi posiadać pierścień o-ring wykonany z silikonu do przytrzymywania kaniuli, kolor pierścienia wskazuje rozmiar kaniuli. Produkt niesterylny. Rozmiar: odstęp w przegrodzie nosowej: 4,2mm. Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 3mm. Opakowanie 10szt.	op.	1		1
	g) Kaniule nosowe do zastosowania ze zmienną wartością ciśnienia przepływu w zależności od typu wentylacji nieinwazyjne. Ramiona wykonane z PCV zakończone bezpośrednio adapterem o średnicy 15mm, wykonane z poliuretanu umożliwiającym podłączenie do układu oddechowego respiratora lub resuscytatora do otrzymania ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych. Noski wykonane z PCV nie zawierającego ftalanów. Długość jednego ramienia jednej rurki około 28cm/+ - 3mm. Dodatkowo produkt ma zawierać niezależny adapter umożliwiający podłączenie standardowego drenu tlenowego. Każdy produkt musi posiadać pierścień o-ring wykonany z silikonu do przytrzymywania kaniuli, kolor pierścienia wskazuje rozmiar kaniuli. Produkt niesterylny. Rozmiar: odstęp w przegrodzie nosowej: 4,8mm. Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 3,5mm. Opakowanie 10szt.	op.	1		1
	h) Kaniule nosowe do zastosowania ze zmienną wartością ciśnienia przepływu w zależności od typu wentylacji nieinwazyjne. Ramiona wykonane z PCV zakończone bezpośrednio adapterem o średnicy 15mm, wykonane z poliuretanu umożliwiającym podłączenie do układu oddechowego respiratora lub resuscytatora do otrzymania ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych. Noski wykonane z PCV nie zawierającego ftalanów. Długość jednego ramienia jednej rurki około 28cm/+ - 3mm. Dodatkowo produkt ma zawierać niezależny adapter umożliwiający podłączenie standardowego drenu tlenowego. Każdy produkt musi posiadać pierścień o-ring wykonany z silikonu do przytrzymywania kaniuli, kolor pierścienia wskazuje rozmiar kaniuli. Produkt niesterylny. Rozmiar: odstęp w przegrodzie nosowej: 5mm. Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 4mm. Opakowanie 10szt.	op.	1		1
	i) Czujnik brzuszny oddechu jednorazowego użytku służący do wykrywania wysiłku wdechowego noworodka(kapsuła Graseby), który steruje podawaniem westchnień. Długość 100cm, bezlateksowy, pakowany pojedynczo.	szt.	1		1
	j) Jednorazowy układ oddechowy dla noworodków z pułapką wodną oraz drenem ciśnieniowym. Odcinek wdechowy podgrzewany, odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną. Złącze Y obrotowe, układ posiada port do podawania tlenu azotu oraz komplet adapterów. Układ wyposażony w jednorazową komorę nawilzacza z automatycznym wprowadzeniem wody współpracującą z nawilżaczem typu F&P MR 850. Układ oddechowy kompatybilny z respiratorem typu Maquet Servo I	szt.	2		2
	k) Jednorazowy układ oddechowy z zastawką T	szt.	20		20
	l) Maski do resuscytacji okrągła, do sterylizacji, kompatybilna z układami w poz. k), w rozmiarach 0, 1, 2	szt.	20		20

137	m) Mocowanie rurek intubacyjnych przeznaczone dla wcześniaków i noworodków. Produkt nie zawiera lateksu i BPA, musi zapobiegać urazom podniebienia, w nagłych przypadkach łatwy do usunięcia. Mocowanie za pomocą plastra hydrokoloidowego, plastry mocujące nie mogą znajdować się bezpośrednio przy ustach noworodka. Możliwość utrzymania do 1 tygodnia. Załączona taśma miernicza ułatwiająca dobór odpowiedniego rozmiaru. Produkt niesterylny. Dostępne rozmiary w zależności od wagi noworodka: od 1500g do 2000g, powyżej 2000g. Opakowanie 5szt.	op.	4		4
	n) Jednorazowe plastry hydrokoloidowe do ochrony nosa podczas stosowania masечek neonatologicznych przy wentylacji nCPAP w kształcie połączonego trójkąta z literą T, dostępne w dwóch rozmiarach Small i Large, pakowane oddzielnie, niesterylne. Opakowanie 20szt.	op.	1		1
	o) Plaster do mocowania sond oraz kaniul o długości całkowitej około 57mm, szerokość około 12mm, długość powierzchni hydrokoloidowej około 25mm. Plaster posiada drugą powierzchnię adhezyjną służącą do przymocowania kaniuli lub sondy zakończoną granatowym znacznikiem. Skrzydełko plastra może być wielokrotnie przyklejane i odklejane. Długość skrzydełka około 5mm. Produkt niesterylny. Opakowanie 100szt.	op.	1		1
	p) Jednorazowa opaska do mocowania noworodkowych czujników pulsoksymetrycznych, nieprzylepna (bez zastosowania kleju), wykonana z pianki, bez lateksu, miękkie mocowanie na rzep stosowane zarówno na palec, stopę, jak i w każdą kończynę, w kolorze białym. Dostępne rozmiary: Large - długość 125mm szerokość 25mm. Opakowanie 100szt.	op.	1		1

6) poz. 151-156 zmienia na poz. 151a), 151b), 151c), 151d), 151e), 151f):

jest:

Pozycja	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość Szpital + Poradnie	Ilość Przychodnie	Ilość razem
151	Przyłącze/adapter jednorazowego użytku do układów oddechowych pacjenta do respiratora z funkcją nCPAP, konstrukcja przyłącza minimalizuje występowanie w przyłączu martwych przestrzeni poprzez oddzielenie przepływu wdechowego i wydechowego; przyłącze z możliwością regulacji kąta nachylenia w miejscu mocowania końcówek donosowych i masечek. W komplecie stożkowy klin piankowy zapewniający optymalną izolację pomiędzy systemem rurowym a generatorami nCPAP; zwiększający stabilność całego układu.	szt.	2		2
152	Silikonowe końcówki donosowe do zamocowania przy adapterze/przyłączu przystosowane rozmiarami dla noworodków od 1000g wagi ciała, strona końcówki skierowana do pacjenta, wyprofilowana owalnie, wpustki donosowe, bardzo miękkie, taliowane. Rozm.: M, L, XL.	szt.	6		6
153	Silikonowe masечki oddechowe do zamocowania przy adapterze/przyłączu przystosowane rozmiarami dla noworodków od 1000g wagi ciała. Rozm.: M, L, XL.	szt.	10		10
154	Czapeczki jednorazowego użytku wyposażone w rzep umożliwiający umocowanie przyłącza oraz komplet tasemek do mocowania końcówek donosowych i masечek. Czapeczki wykonane z materiału umożliwiającego przymocowanie rzepów tasemek w dowolnym punkcie czapeczki. Rozm.: S, M, L, XL.	szt.	20		20
155	Generator Medijet jednorazowego użytku do układów oddechowych pacjenta do aparatu nCPAP typ MEDIN CNO konstrukcja komory	szt.	4		4

	generatora umożliwia precyzyjny pomiar ciśnienia spontanicznego oddechu pacjenta bezpośrednio w generatorze. Mocowanie końcówek donosowych "nosków" i maseczek z możliwością regulacji pod różnym kontem nachylenia. Karbowana i elastyczna rurka doprowadzająca gazy medyczne. W komplecie klin piankowy zapewniający optymalną izolację pomiędzy systemem rurowym a generatorami nCPAP, zwiększający stabilność całego układu.				
156	Układ oddechowy dla noworodków za drenem ciśnieniowym do aparatu Medin CNO, odcinek oddechowy podgrzewany. Opakowanie z układem oddechowym zawiera jednorazową komorę nawilżacza z automatycznym wprowadzeniem diody współpracująca z nawilżaczem typu F&P MR 850	szt.	4		4

a powinno być:

Pozycja	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość Szpital + Poradnie	Ilość Przychodnie	Ilość razem
	Akcesoria pomocnicze do nCPAP typu MEDIN CNO	x	x	x	x
	a) Przyłącze/adapter jednorazowego użytku do układów oddechowych pacjenta do respiratora z funkcją nCPAP, konstrukcja przyłącza minimalizuje występowanie w przyłączy martwych przestrzeni poprzez oddzielenie przepływu wdechowego i wydechowego; przyłącze z możliwością regulacji kąta nachylenia w miejscu mocowania końcówek donosowych i maseczek. W komplecie stożkowy klin piankowy zapewniający optymalną izolację pomiędzy systemem rurowym a generatorami nCPAP; zwiększający stabilność całego układu.	szt.	2		2
	b) Silikonowe końcówki donosowe do zamocowania przy adapterze/przyłączy przystosowane rozmiarami dla noworodków od 1000g wagi ciała, strona końcówki skierowana do pacjenta, wyprofilowana owalnie, wpustki donosowe, bardzo miękkie, taliowane. Rozm.: M, L, XL.	szt.	6		6
	c) Silikonowe maseczki oddechowe do zamocowania przy adapterze/przyłączy przystosowane rozmiarami dla noworodków od 1000g wagi ciała. Rozm.: M, L, XL.	szt.	10		10
151	d) Czapeczki jednorazowego użytku wyposażone w rzep umożliwiający umocowanie przyłącza oraz komplet tasemek do mocowania końcówek donosowych i maseczek. Czapeczki wykonane z materiału umożliwiającego przymocowanie rzepów tasemek w dowolnym punkcie czapeczki. Rozm.: S, M, L, XL.	szt.	20		20
	e) Generator Medijet jednorazowego użytku do układów oddechowych pacjenta do aparatu nCPAP typ MEDIN CNO konstrukcja komory generatora umożliwia precyzyjny pomiar ciśnienia spontanicznego oddechu pacjenta bezpośrednio w generatorze. Mocowanie końcówek donosowych "nosków" i maseczek z możliwością regulacji pod różnym kontem nachylenia. Karbowana i elastyczna rurka doprowadzająca gazy medyczne. W komplecie klin piankowy zapewniający optymalną izolację pomiędzy systemem rurowym a generatorami nCPAP, zwiększający stabilność całego układu.	szt.	4		4
	f) Układ oddechowy dla noworodków za drenem ciśnieniowym do aparatu Medin CNO, odcinek oddechowy podgrzewany. Opakowanie z układem oddechowym zawiera jednorazową komorę nawilżacza z automatycznym wprowadzeniem diody współpracująca z nawilżaczem typu F&P MR 850	szt.	4		4

7) poz. 161-162 zmienia na poz. 161a), 161b):

jest:

Pozycja	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość Szpital + Poradnie	Ilość Przychodnie	Ilość razem
161	Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty), z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, przystosowany do czepca do terapii wymiennych, kompatybilny z nawilżaczem F&P w skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2m, wew. 10mm, - odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowania, na całej długości odcinka, - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6m - odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1m, zestaw generatora, w komplecie znajdują się: •generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zabezpieczenia rzepów z jednej strony, zakończone zwężeniami, usztywnianymi i karbowanymi końcówkami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki •z kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym •kończówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozmiarach: S, M, L (3szt.) •klipsy - 4 szt. •miarka	szt.	5		5
162	Czepiec do terapii wymiennych w rozmiarach: XS, S, M, L, XL przeznaczony do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu z możliwością zamocowania generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami z możliwością zamocowania kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą). Konstrukcja umożliwiająca bezpośredni dostęp do ciemniaczki i naczyń pacjenta, z perforacją w części płatu potylicznego, z możliwością regulacji obwodu głowy bez konieczności zmiany rozmiaru, z rzepami do mocowania (po dwa osobne dla NIV i HFOT), część pokrywająca małżowiny uszne umożliwiająca inspekcję stanu skóry i/lub higienizację części zausznej bez konieczności zdejmowania. Wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały. W skład kompletu wchodzi: - opaska owijana wokół główki pacjenta wykonana z miękkiego materiału kompozytowego Fabrifoam o właściwościach: odpornych na rozciąganie i deformację, wyciszających hałas, zabezpieczających przed utratą ciepła, materiał jest przepuszczalny dla powietrza, ogranicza przesuwanie główki pacjenta dzięki wewnętrznej porowatej warstwie, posiada pętelki do zamocowania rzepów na części zewnętrznej, •2 dwustronne rzepy do mocowania pasków generatora do czepca, •2 rzepy do mocowania kaniuli nosowej do czepca wyposażone w dodatkową warstwę klejącą, •miarka do ustalenia właściwego rozmiaru czepca.	szt.	5		5

a powinno być:

Pozycja	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość Szpital + Poradnie	Ilość Przychodnie	Ilość razem
---------	-------------------	------	--------------------------	-------------------	-------------

	Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF oraz czepiec do terapii wymiennych:	x	x	x	x
161	a) Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty), z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, przystosowany do czepca do terapii wymiennych, kompatybilny z nawilżaczem F&P w skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2m, wew. 10mm, - odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowania, na całej długości odcinka, - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6m - odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1m, zestaw generatora, w komplecie znajdują się: •generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zabezpieczenia rzepów z jednej strony, zakończone zwężeniami, usztywnianymi i karbowanymi końcówkami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki •z kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym •końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm.: S, M, L (3szt.) •klipsy - 4 szt. •miarka	szt.	5		5
	b) Czepiec do terapii wymiennych w rozmiarach: XS, S, M, L, XL przeznaczony do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu z możliwością zamocowania generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami z możliwością zamocowania kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą). Konstrukcja umożliwiająca bezpośredni dostęp do ciemniaczka i naczyń pacjenta, z perforacją w części płatu potylicznego, z możliwością regulacji obwodu głowy bez konieczności zmiany rozmiaru, z rzepami do mocowania (po dwa osobne dla NIV i HFOT), część pokrywająca małżowiny uszne umożliwiająca inspekcję stanu skóry i/lub higienizację części zausznej bez konieczności zdejmowania. Wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały. W skład kompletu wchodzi: - opaska owijana wokół główki pacjenta wykonana z miękkiego materiału kompozytowego Fabrifoam o właściwościach: odpornych na rozciąganie i deformację, wyciszających hałas, zabezpieczających przed utratą ciepła, materiał jest przepuszczalny dla powietrza, ogranicza przesuwanie główki pacjenta dzięki wewnętrznej porowatej warstwie, posiada pętelki do zamocowania rzepów na części zewnętrznej, •2 dwustronne rzepy do mocowania pasków generatora do czepca, •2 rzepy do mocowania kaniuli nosowej do czepca wyposażone w dodatkową warstwę klejącą, •miarka do ustalenia właściwego rozmiaru czepca.	szt.	5		5

Załącznik nr 7 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) po zmianach stanowi załącznik 1 do niniejszej modyfikacji.

II. W konsekwencji w SIWZ:

1) w rozdz. II.1:

jest:

„Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o., w podziale na 166 pozycji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ.”

a powinno być:

„Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o., w podziale na 148 pozycji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ.”

2) w rozdz. VIII.1.5):

jest:

„Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na 166 pozycji.”

a powinno być:

„Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na 148 pozycji.”

III. w załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy):

1) w § 7 ust. 1 wzoru umowy:

jest:

„W przypadku niewykonania zamówienia w terminach określonych w § 3 ust. 1, § 4 ust. 3 i 4, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,4% za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od wartości brutto niewykonanego zamówienia.”

a powinno być:

„W przypadku niewykonania zamówienia w terminach określonych w § 3 ust. 1, § 4 ust. 3 i 4, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,4% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od wartości brutto niewykonanego zamówienia.”

2) w § 7 wzoru umowy dodaje ust. 7-10 o treści:

„7. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

8. Dla celów Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

9. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

10. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.”

Załącznik nr 6 do SIWZ (wzór umowy) po zmianach stanowi załącznik 2 do niniejszej modyfikacji.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25.06.2020r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2020r. godz. 11:30.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

W związku z zapytaniem do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie: (Dot. wzoru umowy) Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 11 ust. 2,3 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

2. Pytanie: Wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada.

Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2019 r oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.

Odpowiedź: W załączniku nr 3 Zamawiający przedstawia bilans oraz rachunek zysków i strat.

3. Pytanie: (Dot. wzoru umowy) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

W przypadku niewykonania zamówienia w terminach określonych w § 3 ust. 1, § 4 ust. 3 i 4, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,4% za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od wartości brutto niewykonanego zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

4. Pytanie: (Dot. Pozycji 163) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 374-1 w zakresie punktu 5.3.2:

„Odporne na przenikalność co najmniej 3 substancji chemicznych (z normatywnego Załącznika A Listy Badanych Substancji Chemicznych Normy En 374-1) na co najmniej drugim poziomie ochrony”

Prosimy jednocześnie o dopuszczenie rękawic będących certyfikowanym środkiem ochrony indywidualnej kat. III, przebadanych na substancje chemiczne zgodnie z EN 374-3

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji dopuszcza zaoferowanie rękawic będących certyfikowanym środkiem ochrony indywidualnej kat. III, przebadanych na substancje chemiczne zgodnie z EN 374-3.

5. Pytanie: (Dot. Pozycji 163) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o nieznacznie większej grubości na palcu tj. 0,23-0,24 mm. Palce to część dłoni najbardziej narażona na uszkodzenia - oferowane przez nas rękawice minimalizują zatem prawdopodobieństwo uszkodzeń mechanicznych zapewniając przy tym doskonale czucie, elastyczność i sprawność manualną.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

6. Pytanie: (Dot. Pozycji 41) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maseczek medycznych o następującej charakterystyce?

Maseczki medyczne wykonane z trzech warstw włókniny, posiadające wkładkę modelującą, za pomocą której można je ściśle dopasować do konturu nosa. Wyposażone w elementy elastyczne służące do zamocowania wyrobu. W części centralnej posiadają zakładki umożliwiające dopasowanie do kształtu twarzy. Maseczki medyczne, zgodne z normą PN-EN 14683:2019, służą jako ochrona otoczenia przed zanieczyszczeniem, złuszczone naskórkiem i owłosieniem. Posiadają skuteczność filtracji bakteryjnej BFE $\geq 98\%$. Typ II.

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji dopuszcza zaoferowanie maseczek o parametrach określonych powyżej z zastrzeżeniem, że będą one wiązane.

7. Pytanie: (Dot. Pozycji 42) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maseczek medycznych o następującej charakterystyce?

Maseczki medyczne wykonane z trzech warstw włókniny, posiadające wkładkę modelującą, za pomocą której można je ściśle dopasować do konturu nosa. Wyposażone w elementy elastyczne służące do zamocowania wyrobu. W

części centralnej posiadają zakładki umożliwiające dopasowanie do kształtu twarzy. Maseczki medyczne, zgodne z normą PN-EN 14683:2019, służą jako ochrona otoczenia przed zanieczyszczeniem, złuszczonej naskórkiem i owłosieniem. Posiadają skuteczność filtracji bakteryjnej $BFE \geq 98\%$. Typ II.

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji dopuszcza zaoferowanie maseczek o parametrach określonych powyżej z zastrzeżeniem, że będą one z gumkami zakładanymi za uszy.

8. Pytanie: (Dot. wzoru umowy) Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

9. Pytanie: (Dot. wzoru umowy) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki” w § 7 ust. 1?

Odpowiedź: Zamawiający w § 7 ust. 1 wzoru umowy wyraża zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki” – zgodnie z modyfikacją określoną powyżej.

10. Pytanie: (Dot. Pozycji 163) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z mankietem prostym z opaską lepną eliminującą zsuwanie się rękawicy oraz ryzyko ucisku. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

11. Pytanie: (Dot. Pozycji 164) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic neoprenowych z mankietem prostym z opaską lepną eliminującą zsuwanie się rękawicy oraz ryzyko ucisku o grubości na palcu 0,19 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

12. Pytanie: (Dot. wzoru umowy) Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:
Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do wzoru umowy, zgodnie z modyfikacją określoną powyżej, zapis:

„1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług”.

13. Pytanie: (Dot. zapisów umowy) W związku z możliwością problemów z realizacją dostaw w części lub w całości spowodowanych pandemią choroby COVID-19, która znacznie ograniczyła działalność wielu producentów wyrobów prosimy o dodanie w § 7 wzoru umowy proponowanego zapisu:

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych w/w umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemią Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

14. Pytanie: (Dot. Pozycji 11) Czy zamawiający dopuści okulary ochronne w czarnych oprawkach, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

15. Pytanie: (Dot. Pozycji 53) Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną niesilikonowaną, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji dopuszcza zaoferowanie rurki intubacyjnej niesilikonowanej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

16. Pytanie: (Dot. Pozycji 53) Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną ze znacznikami głębokości w postaci 2 grubych ringów, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji dopuszcza zaoferowanie rurki intubacyjnej ze znacznikami głębokości w postaci 2 grubych ringów, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

17. Pytanie: (Dot. Pozycji 55 (b)) Czy zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową, sterylną, oznaczoną kolorem czarnym, rozm. 0 o dł. 60mm?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji dopuszcza zaoferowanie rurki ustno-gardłowej, sterylnej, oznaczonej kolorem czarnym, rozm. 0 o dł. 60mm.

18. Pytanie: (Dot. Pozycji 55 (b)) Czy zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową, sterylną, oznaczoną kolorem niebieskim, rozm. 00 o dł. 50mm?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji dopuszcza zaoferowanie rurki ustno-gardłowej, sterylnej, oznaczonej kolorem niebieskim, rozm. 00 o dł. 50mm.

19. Pytanie: (Dot. Pozycji 55 (d)) Czy zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową, sterylną, oznaczoną kolorem żółtym, rozm. 3 o dł. 90mm?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji dopuszcza zaoferowanie rurki ustno-gardłowej, sterylnej, oznaczonej kolorem żółtym, rozm. 3 o dł. 90mm.

20. Pytanie: (Dot. Pozycji 55 (d)) Czy zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową, sterylną, oznaczoną kolorem czerwonym, rozm. 4 o dł. 100mm?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji dopuszcza zaoferowanie rurki ustno-gardłowej, sterylnej, oznaczonej kolorem czerwonym, rozm. 4 o dł. 100mm.

21. Pytanie: (Dot. Pozycji 57 (a)) Czy zamawiający dopuści maski tlenowe wykonane z nietoksycznego PCV z drenem o długości 210 cm?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji dopuszcza zaoferowanie maski tlenowej wykonanej z nietoksycznego PCV z drenem o długości 210 cm, pod warunkiem, że zaoferowana maska będzie miękka i delikatna.

22. Pytanie: (Dot. Pozycji 59) Czy zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych w rozmiarach do wyboru przez zamawiającego: 6, 10 i 14 Fr?

Odpowiedź: Zamawiający w Pozycji 59a) dopuszcza zaoferowanie prowadnic do rurek intubacyjnych w rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego: 6, 10 i 14 Fr.

23. Pytanie: (Dot. Pozycji 102) Czy zamawiający dopuści podkład higieniczny perforowany o następujących parametrach:

Wykonany z pulpy laminowanej

Gramatura: 23 gr (papier) + 10 gr (folia)

Szerokość rolki 50cm

Długość rolki 50m

Perforacja co 38 cm

Miękki, wodoodporny, chłonny, wytrzymały

Dostępne kolory: biały, niebieski, zielony, różowy

Jednorazowego użytku

Niesterylne?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

24. Pytanie: (Dot. Pozycji 149) Czy zamawiający dopuści opaskę do mocowania w rozmiarze 2,5 cm x 14 cm?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji dopuszcza zaoferowanie opaski do mocowania w rozmiarze 2,5 cm x 14 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

25. Pytanie: (Dot. Pozycji 51) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł iniekcyjnych min. różniących się wymiarami od igieł z SIWZ. Prosimy o dopuszczenie roz: 0,45 X 12,5mm, 0,45 X 16mm, 0,6 X 32mm, 0,7 x 32mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł iniekcyjnych:

w Pozycji 51b) – rozm. 0,45 x 12,5mm,

w Pozycji 51a) – rozm. 0,45 x 16mm,

w Pozycji 51d) – rozm. 0,6 x 32mm,

w Pozycji 51e) – rozm. 0,7 x 32mm.

26. Pytanie: (Dot. Pozycji 52) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł bezpiecznych minimalnie różniących się rozmiarami od zapisów SIWZ z: 0,45 X 12mm na 0,4 X 12,5 ; z 0,6 x30 mm na 0,6 x 32mm ; z 0,7 X 30mm na 0,7 na 32mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł bezpiecznych:

w Pozycji 52a) – rozm. 0,45 x 12,5mm,

w Pozycji 51c) – rozm. 0,6 x 32mm,

w Pozycji 51d) – rozm. 0,7 x 32mm.

27. Pytanie: (Dot. Pozycji 53) Prosimy o dopuszczenie rurki intubacyjnej wykonana z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankieta od rozmiaru 5,0; końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana linia RTG na całej długości rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji dopuszcza zaoferowanie rurek intubacyjnych o powyższych parametrach.

28. Pytanie: (Dot. Pozycji 55) Prosimy o dopuszczenie rurek guedela w roz:00 – 50mm i roz3 – 90mm lub roz4 – 100mm

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji dopuszcza zaoferowanie rurek guedela:

w Pozycji 55b) - rozm. 00 o dł. 50mm,

w Pozycji 55d) - rozm. 3 o dł. 90mm lub rozm. 4 o dł. 100mm.

29. Pytanie: (Dot. Pozycji 57 poz. a)) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej z możliwością stosowania do średniej lub wysokiej koncentracji tlenu (z oddechem zwrotnym lub bez), w zestawie: jeden zawór boczny, niskooporowy zawór zwrotny, obrotowy łącznik do podaży średniej koncentracji tlenu, rezerwuar tlenu z obrotowym łącznikiem - dostosowuje maskę do pozycji pacjenta, maska wydłużona pod brodę, anatomiczny kształt, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, atraumatyczny mankiet maski, dren tlenowy dł. 2.1m, przekrój gwiazdkowy, łącznik standardowy, bez lateksu.

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji dopuszcza zaoferowanie maski tlenowej o powyższych parametrach.

30. Pytanie: (Dot. Pozycji 57 poz. b)) Prosimy o dopuszczenie kaniuli nosowej z przewodem tlenowym o dł 210 cm

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji dopuszcza zaoferowanie kaniuli nosowej z przewodem tlenowym o dł. 210 cm.

31. Pytanie: (Dot. Pozycji 57poz. e)) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski twarzowej typu Ambu z miękkiego tworzywa polipropylenu

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji dopuszcza zaoferowanie maski twarzowej typu Ambu z miękkiego tworzywa polipropylenu.

32. Pytanie: (Dot. Pozycji 81 poz. a)) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie butelki Redona przeznaczona do gromadzenia wydzielin o poj. 150 lub 200 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

33. Pytanie: (Dot. Pozycji 83) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żelu do jałowego cewnikowania w postaci harmonijkowego aplikatora w dwóch objętościach 8,5g lub 12,5 g charakteryzujący się wysoką gęstością i niskim ciśnieniem wyrzutu, do wyboru przez zamawiającego. Skład żelu: chlorheksydyna 0,05% i Lidokaina 2%

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji dopuszcza zaoferowanie żelu do jałowego cewnikowania w postaci harmonijkowego aplikatora w objętości 8,5g charakteryzującego się wysoką gęstością i niskim ciśnieniem wyrzutu. Skład żelu: chlorheksydyna 0,05% i Lidokaina 2%.

34. Pytanie: (Dot. Pozycji 83) Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie, czy żel nie ma być wolny od konserwantów i parabenów?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji wymaga, aby żel był wolny od konserwantów i parabenów.

- 35. Pytanie: (Dot. Pozycji 115)** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra neonatologicznego do żywienia pozajelitowego – lipidy, z membraną o wielkości porów 1,2 mikrona, o wypełnieniu 0,15 ml, i przepływie >30ml/min, bez zacisku, z zastawką antyzwrotną w dystalnej części uniemożliwiającą cofanie się krwi od pacjenta do drenu.
- Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pozycji dopuszcza zaoferowanie filtra neonatologicznego do żywienia pozajelitowego – lipidy, z membraną o wielkości porów 1,2 mikrona, o wypełnieniu 0,15 ml, i przepływie >30ml/min, bez zacisku, z zastawką antyzwrotną w dystalnej części uniemożliwiającą cofanie się krwi od pacjenta do drenu.
- 36. Pytanie: (Dot. Pozycji 115)** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr infuzyjny ma posiadać membranę wykonaną z polieterosulfonu (PES) materiału, który zapewnia wysokie wartości przepływu i o niskiej zdolności wiązania białek ?
- Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pozycji nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie filtra infuzyjnego posiadającego membranę wykonaną z polieterosulfonu (PES) materiału, który zapewnia wysokie wartości przepływu i o niskiej zdolności wiązania białek.
- 37. Pytanie: (Dot. Pozycji 115)** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr na końcu drenu ma posiadać zatyczkę z filtrem hydrofobowym, który umożliwia bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu ?
- Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pozycji nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie filtra posiadającego na końcu drenu zatyczkę z filtrem hydrofobowym, który umożliwia bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu.
- 38. Pytanie: (Dot. Pozycji 115)** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr infuzyjny ma posiadać zastawkę antyzwrotną w dystalnej części drenu, która zabezpiecza przed cofaniem się krwi od pacjenta do drenu ?
- Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pozycji nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie filtra posiadającego zastawkę antyzwrotną w dystalnej części drenu, która zabezpiecza przed cofaniem się krwi od pacjenta do drenu.
- 39. Pytanie: (Dot. Pozycji 118)** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie jako równoważnego filtra neonatologicznego z membraną 0,2 mikrona zatrzymującą bakterie, drożdże, grzyby, cząsteczki nieorganiczne, z możliwością użycia do 96 godzin, z liniami o długości po 3 cm z każdej ze stron, przepływ >2ml/min, bez zacisku, o objętości wypełnienia 0,15 ml.
- Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pozycji dopuszcza zaoferowanie filtra neonatologicznego z membraną 0,2 mikrona zatrzymującą bakterie, drożdże, grzyby, cząsteczki nieorganiczne, z możliwością użycia do 96 godzin, z liniami o długości po 3 cm z każdej ze stron, przepływ >2ml/min, bez zacisku, o objętości wypełnienia 0,15 ml.
- 40. Pytanie: (Dot. Pozycji 119)** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie jako równoważnego gotowego zestawu składającego się z filtra 0,2 mikronowego z pozytywnie naładowaną membraną zatrzymującą endotoksyny, z dwoma dostęпами powyżej filtra, zabezpieczonymi przezroczystymi zaworami bezigłowymi z płaską powierzchnią do dezynfekcji i zastawkami antyzwrotnymi, poniżej filtra dodatkowa zastawka antyzwrotna chroniąca przed napływem wstecznym i zawór bezigłowy do dodatkowych dostrzyknięć, bez zacisków.
- Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pozycji dopuszcza zaoferowanie gotowego zestawu do żywienia noworodka o parametrach określonych powyżej.
- 41. Pytanie: (Dot. Pozycji 119)** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr na końcu drenu ma posiadać zatyczkę z filtrem hydrofobowym umożliwiającą sterylne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu?
- Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pozycji nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie filtra posiadającego na końcu drenu zatyczkę z filtrem hydrofobowym umożliwiającą sterylne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu.

42. Pytanie: (Dot. Pozycji 119) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr infuzyjny ma posiadać zastawkę antyzwrotną w dystalnej części drenu, która zabezpiecza przed cofaniem się krwi od pacjenta do drenu ?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie filtra posiadającego zastawkę antyzwrotną w dystalnej części drenu, która zabezpiecza przed cofaniem się krwi od pacjenta do drenu.

43. Pytanie: (Dot. Pozycji 119) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr infuzyjny ma posiadać membranę wykonaną z polieterosulfonu (PES) materiału, który zapewnia wysokie wartości przepływu i o niskiej zdolności wiązania białek ?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie filtra infuzyjnego posiadającego membranę wykonaną z polieterosulfonu (PES) materiału, który zapewnia wysokie wartości przepływu i o niskiej zdolności wiązania białek.

44. Pytanie: (Dot. Pozycji 120) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego pozwalającego na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 216 użyc, obudowa przezroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi. Przestrzeń martwa maksymalnie 0,01 ml, przepływ min. 350 ml/min. przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami.

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji dopuszcza zaoferowanie systemu bezigłowego o parametrach określonych powyżej.

45. Pytanie: (Dot. Pozycji 120) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego pozwalającego na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez min. 700 aktywacji (użyć). Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji dopuszcza zaoferowanie systemu bezigłowego o parametrach określonych powyżej.

46. Pytanie: (Dot. Pozycji 121) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie jako równoważnego zestawu przedłużającego z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z pojedynczym przedłużaczem o długości 9 cm, z jednym zaciskiem ślizgowym, o objętości wypełnienia 0,15 ml. Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 600 aktywacji. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji dopuszcza zaoferowanie systemu bezigłowego o parametrach określonych powyżej.

47. Pytanie: (Dot. Pozycji 122) Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie czy korek dezynfekcyjny, mam być produktem sterylnym?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji wymaga zaoferowania sterylnych koreczków żeńskich do dezynfekcji zaworu bezigłowego.

48. Pytanie: (Dot. art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

49. Pytanie: (Dot. Pozycji 44) Czy Zamawiający wymaga aby okulary posiadały badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych w zakresie min. 99.9 %? Przenikanie fal świetlnych powoduje uszkodzenie siatkówki oka. Okulary należy zdejmować co 4 godziny celem oceny stanu oczu pod kątem obrzęków, wydzieliny lub cech infekcji. Dlatego tak ważne jest aby okulary do fototerapii posiadały odpowiednie badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych celem zminimalizowania skutków ubocznych działania UV.

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie okularów jednorazowego użytku dla noworodków, które posiadają badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych w zakresie min. 99.9 %.

50. Pytanie: (Dot. Pozycji 44) Czy Zamawiający wymaga okularów do fototerapii o konstrukcji budowy wykonanej na opasce materiałem NeoFoam zapobiegają zsuwaniu się z główki dziecka, co więcej główka dziecka w minimalny sposób jest otoczona materiałem co umożliwia lepsze absorbowanie światła UV.

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie okularów do fototerapii o konstrukcji budowy wykonanej na opasce materiałem NeoFoam.

51. Pytanie: (Dot. Pozycji 44) Czy Zamawiający dopuści okulary w następujących rozmiarach: micro poniżej 28 cm, Small – 28- 34 cm oraz Large – powyżej 34 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji dopuszcza zaoferowanie okularów w rozmiarach: micro poniżej 28 cm, Small – 28- 34 cm oraz Large – powyżej 34 cm.

52. Pytanie: (Dot. Pozycji 44) Czy Zamawiający wymaga aby okulary składały się z dwóch części oraz posiadały dwa rzepy do regulacji w okolicy skroniowej celem idealnego dopasowania do główki dziecka?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza zaoferowania okularów o parametrach określonych powyżej.

53. Pytanie: (Dot. Pozycji 44) Czy Zamawiający wymaga aby okulary do fototerapii posiadały wklęsnięcie w obrębie oczodołów umożliwiające swobodne poruszanie powieką przez cały czas gdy dziecko ma założone okulary.

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie okularów do fototerapii posiadające wklęsnięcie w obrębie oczodołów umożliwiające swobodne poruszanie powieką przez cały czas gdy dziecko ma założone okulary.

54. Pytanie: (Dot. Pozycji 139) Czy Zamawiający wymaga Czapeczek noworodkowych do mocowania układu pacjenta w rozmiarach: rozmiar 000, 18-20 cm, rozmiar 00, 20-22 cm, rozmiar 0, 22-24 cm, rozmiar 1, 24-26 cm, rozmiar 2, 26-28 cm, rozmiar 3, 28-30 cm, rozmiar 4, 30-32 cm, rozmiar 5, 32-34 cm, rozmiar 6, 34-36 cm, rozmiar 7, 36-38 cm, rozmiar 8, 38-40 cm, rozmiar 9, 40-42 cm. Czapeczka wykonana z bawełny, rozmiar oznaczony kolorem, wyposażona w zapięcia typu rzep do mocowania węża generatora.

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji wymaga zaoferowanie czapeczek noworodkowych do mocowania układu pacjenta w 9 rozmiarach, tj.: rozmiar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

55. Pytanie: (Dot. Pozycji 142b oraz 142c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul nosowych w opakowaniach po 10 szt. oraz zmieni zapis w specyfikacji asortymentowo - ilościowo - cenowej na 1 op. ? Kaniule są pakowane w pudełka przez producenta w ilości 10 szt. Takie rozwiązanie gwarantuje zachowanie odpowiedniej jakości oraz wszystkich wymaganych parametrów produktu i nie ma możliwości sprzedaży kaniul na sztuki.

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycjach omyłkowo wpisał sztuki zamiast opakowania - zgodnie z modyfikacją określoną powyżej poprawia w/w omyłkę.

56. Pytanie: (Dot. Pozycji 145b) Czy Zamawiający wymaga z pozycji 145b masek do resuscytacji wielorazowych?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji wymaga zaoferowania masek do resuscytacji wielorazowego użytku, z możliwością sterylizacji.

57. Pytanie: (Dot. Pozycji 73a) Czy aparat do przetoczeń krwi ma pracować w systemie zamkniętym posiadając na końcu drenu membranę która przepuszcza powietrze i zatrzymuje krew co pozwala na wypełnienie linii bez wycieku krwi?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie aparatu do przetoczeń krwi, który pracuje w systemie zamkniętym posiadając na końcu drenu membranę przepuszczającą powietrze i zatrzymującą krew.

58. Pytanie: (Dot. Pozycji 73b) Czy aparat do przetoczeń płynów ma pracować w systemie zamkniętym i ze względów bezpieczeństwa filtr w odpowietrzniku komory kroplowej powinien mieć udokumentowaną oświadczeniem producenta skuteczność przeciwbakteryjną i przeciwwirusową na poziomie minimum 99,999%

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie aparatu do przetoczeń płynów, który pracuje w systemie zamkniętym, z filtrem w odpowietrzniku komory kroplowej z udokumentowaną oświadczeniem producenta skutecznością przeciwbakteryjną i przeciwwirusową na poziomie minimum 99,999%.

59. Pytanie: (Dot. Pozycji 70) Czy Zamawiający w Części nr 70 dopuści zestaw do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego w składzie: Igła Tuohy 18G; Cewnik z gładko wykończoną końcówką, ze znacznikami głębokości, oznaczeniem końcówki dystalnej, średnica zewnętrzna cewnika 0,9 mm; Prowadnik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Tuohy; Filtr zop, Łącznik filtra typu zatraskowego; filtr zewnątrzoponowy, płaski, przezroczysta obudowa umożliwia podgląd filtracji; Strzykawka niskooporowa 10 ml. Dodatkowo: zatraskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta, z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatraskową i gąbkową częścią przyklepną, skutecznie zabezpieczający cewnik przed przemieszczaniem się.

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji dopuszcza zaoferowanie zestawu do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego o powyższych parametrach.

Z poważaniem
Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU
Centrum Medycznego
im. dr. B. Krzygiera sp. z o.o.
dr n. med. Krzysztof Kumański