



Nr postępowania: 12/UCMMIT/PN/EL/2018

Gdynia, dnia 06.08.2018r.

Do wszystkich wykonawców
biorących udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIE NR 1

ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej, o której mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 2263) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) przekraczającej kwotę 144 000 euro.

1. W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych, (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zapytania, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu nr 12/UCMMIT/PN/EL/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „**DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I APARATURY MEDYCZNEJ**” wyjaśniamy jak niżej:

Pytanie nr 1

Załącznik nr 1: System badań ciśnienia metodą holterowską – 1 komplet

- 1) Czy Zamawiający wymaga by rejestratory ciśnienia posiadały potwierdzenie dokładności i powtarzalności pomiarów w postaci walidacji BHS w klasie AA i ESH IP 2010?
- 2) Czy Zamawiający dopuści rejestratory z pamięcią 500 pomiarów? Taka pojemność wystarcza na pomiary do 7 dni, standardem jest badanie jedno dobowe?
- 3) Czy Zamawiający dopuści rejestrator z zakresem pomiaru ciśnień: 30-260mmHg?
- 4) Czy Zamawiający dopuści rejestratory z zakresem HR 40-180 ud/min.

Odpowiedź:

Ad 1) Zamawiający określił minimalne wymagania dotyczące opisanego w Załączniku nr 1 przedmiotu zamówienia i wymaga zaoferowania sprzętu zgodnego z tymi wymaganiami.

Ad 2) Zamawiający dopuszcza również rejestratory z pamięcią 500 pomiarów o ile spełniają one pozostałe wymagania określone w SIWZ.

Ad 3) Zamawiający dopuszcza również rejestratory z zakresem pomiaru ciśnień: 30-260mmHg o ile spełniają one pozostałe wymagania określone w SIWZ.

Ad 4) Zamawiający dopuszcza również rejestratory z zakresem HR 40-180 ud/min o ile spełniają one pozostałe wymagania określone w SIWZ.

Pytanie nr 2

Załącznik nr 2. Zadanie nr: II: System badań holterowskich EKG

Czy Zamawiający dopuści system w skład którego będą wchodzić rejestratory z opcją: zapisu 3 kanałowego do 48 godzin (1024Hz, 12bit), zapisu 12 kanałowego do 24 godzin (4094Hz, 12bit), zapisu 2 kanałowego do 7 dni (256Hz, 10bit) każdy. Rejestratory posiadają również przycisk zdarzeń pacjenta. Spełniają normę



wytrzymałości IPX4, badania zapisują się na kartach CF, pasmo częstotliwości rejestrowanego sygnału EKG od 0,05 do 40 Hz?

Odpowiedź:

Zamawiający określił minimalne wymagania dotyczące opisanego w Załączniku nr 2 przedmiotu zamówienia i wymaga zaoferowania sprzętu zgodnego z tymi wymaganiami. Zamawiający nie wyraził w SIWZ zgody na składanie ofert wariantowych (Rozdział XX, pkt 1 SIWZ).

Pytanie nr 3

Część nr 8: Dostawa serwerów i macierzy

- 1) Zamawiający w części VIII postępowania wymaga zaoferowania 2 serwerów oraz macierzy. W jaki sposób Zamawiający zamierza ze sobą połączyć te urządzenia? W przypadku wymaganej przez Zamawiającego konfiguracji zaleca się połączenia poprzez zewnętrzne switchy 10G które umożliwiają rozbudowę oraz dają możliwość podłączenia do macierzy dodatkowych serwerów. Czy Zamawiający jest w posiadaniu takowych z wymaganą ilością wolnych portów?
- 2) Jeśli Zamawiający nie posiada switchy 10G czy wymagane jest ich zaoferowanie? Jeśli tak to ilu oraz w jakiej konfiguracji?
- 3) Jeśli Zamawiający wymaga połączenia bezpośredniego serwery- > macierz czy dopuszczalne jest zaoferowanie serwerów oraz macierzy połączonych ze sobą w technologii SAS 12 Gb/s. lub FC 16Gb/s?

Odpowiedź:

Ad 1) Zamawiający nie posiada switchy 10G.

Ad 2) Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy switchy 10G.

Ad 3) Zamawiający dopuszcza również do zaoferowania serwery oraz macierz, które można połączyć ze sobą bezpośrednio poprzez złącza SAS 12GB/s lub FC 16GB/s, dostarczone wraz z odpowiednimi kablami (o długości minimum 1,5m) umożliwiającymi podłączenie macierzy i serwerów; przy spełnianiu pozostałych wymagań określonych w SIWZ, w szczególności ilości portów na każdy kontroler, opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia (pkt. 1.9 i 2.11) – Zał. nr 8 do SIWZ.

Z up. Dyrektora

mgr Andrzej Rozkowinski

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego