



Nr postępowania: 3/UCMMiIT/PN/EL/2018

Gdynia, dnia 28.02.2018r.

Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIE NR 1
ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony zg. z art. 39-46 Prawa zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz.1579 ze zm.)

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego (w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych, (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zapytanie, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu nr 3/UCMMiIT/PN/EL/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Wykonanie kontroli bezpieczeństwa technicznego systemu komory hiperbarycznej Haux Starmed-Quadro 2700/2,2/IC**, informujemy:

Pytanie nr 1

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – formularz cenowy punkt B3.1 oraz B3.2 malowanie przez Państwa wskazanych obszarów wymaga co najmniej 6 dni utwardzania lakieru. W świetle postawionych wymagań czasowych jest ono niemożliwe do wykonania zgodnie z technologią i zaleceniami producenta. Producent proponuje następujące rozwiązanie: usunięcie starej farby do czystego metalu, równocześnie otrzymacie Państwo odpowiedni środek do pielęgnacji tych powierzchni. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na takie podejście?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu postawionego w Uwadze 2 Zał. nr 2 do SIWZ. Zamawiający wymaga jedynie, aby wszystkie przylgnie zostały oczyszczone przed założeniem uszczeltek, o których mowa w punkcie B3.1 i B3.2 Opisu przedmiotu zamówienia.

Ponadto Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu i tak:

- 1) Termin składania ofert przedłuża się do dnia **05.03.2018r. do godziny 10:00**
- 2) Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień **05.03.2018r. na godzinę 10:30**

DYREKTOR SZPITALA
dr n. med. Anna Klewenhagen

.....
Kierownik Zamawiającego