



Gdynia, dnia 01.12.2020 r.

18/UCMMiT/PN/2020

### WYJAŚNIENIA SIWZ nr 1

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25-11-2020 r. pod nr 615438-N-2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców. Niniejsze odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin i godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

#### Pytanie nr 1

Pakiet 6- środek hemostatyczny

Czy Zamawiający dopuści hemostatyczny, resorbowalny kompres kolagenowy z niezdenaturowanego, liofilizowanego kolagenu typu I pochodzenia bydłowego. Jest szybko działającym miejscowym środkiem tamującym krwawienie. Zatrzymuje przepływ krwi w ciągu 2 do 6 minut, w zależności od intensywności krwawienia. Biały kompres pakowany pojedynczo w sterylne opakowania. Opakowanie handlowe zawiera 10 szt kompresów. Rozmiar 7x5x0.6 cm (opakowanie 10 szt.)

#### ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

#### Pytanie nr 2

Pakiet nr 2 Pozycja 1:

- Czy Zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

#### ODPOWIEDŹ

Nie. Ze względu na specyfikę, związaną z komorą hiperbaryczną Zamawiający wymaga sterylizacji parą wodną. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

#### Pytanie nr 3

Pakiet nr 2 Pozycje 2-6:

- Czy Zamawiający dopuści tolerancję rozmiarów kompresów +/- 10%

#### ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

#### Pytanie nr 4

Pakiet nr 2 Pozycje 4,5,6:

- Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?

#### ODPOWIEDŹ

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 5**

**Pakiet nr 2 Pozycje 4,5,6:**

- Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a3szt x 100?

**ODPOWIEDŹ**

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 6**

**Pakiet nr 2 Pozycje 2,3,4 (kompresy niejałowe):**

- Czy Zamawiający oczekuje wyceny za sztukę kompresu czy za opakowanie a100szt?

**ODPOWIEDŹ**

Tak. Wycena za sztukę.

**Pytanie nr 7**

**Pakiet nr 2 Pozycje 4,5,6 (kompresy jałowe):**

- Czy Zamawiający oczekuje wyceny za sztukę kompresu czy za blister a3szt?

**ODPOWIEDŹ**

Tak. Wycena za sztukę.

**Pytanie nr 8**

**Pakiet 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o rozmiarze 6,5 x 7 cm, oraz jeden pasek mocujący zamiast dwóch, ale o podwójnej szerokości, co przekłada się na lepszą stabilizację kaniuli, bo jest większa powierzchnia przylepna, reszta parametrów technicznych bez zmian?

**ODPOWIEDŹ**

Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

**Pytanie nr 9**

**Pakiet 2 poz. 2 z kolei**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresu w rozmiarze 5x5cm z gazy o wymiarze 12,5cm x 19,5cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

**ODPOWIEDŹ**

Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

**Pytanie nr 10**

**Pakiet 2 poz. 3 z kolei**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresu w rozmiarze 7,5x7,5cm z gazy o wymiarze 17cm x 28,5cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

**ODPOWIEDŹ**

Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

**Pytanie nr 11**

**Pakiet 2 poz. 4 z kolei**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresu w rozmiarze 10x10cm z gazy o wymiarze 23,5cm x 38cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

**ODPOWIEDŹ**

Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

**Pytanie nr 12**

**Pakiet 2 poz. 5 z kolei**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresu w rozmiarze 5x5cm z gazy o wymiarze 12,5cm x 19,5cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

**ODPOWIEDŹ**

Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

**Pytanie nr 13**

Pakiet 2 poz. 6 z kolei

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresu w rozmiarze 7,5x7,5cm z gazy o wymiarze 17cm x 28,5cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

**ODPOWIEDŹ**

Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

**Pytanie nr 14**

Pakiet 2 poz. 7 z kolei

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresu w rozmiarze 10x10cm z gazy o wymiarze 22,5cm x 38,5cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

**ODPOWIEDŹ**

Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

**Pytanie nr 15**

Pakiet 3 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie waty celulozowej o gramaturze 47gr/m<sup>2</sup>, opakowanie a'1kg?

**ODPOWIEDŹ**

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 16**

Pakiet 3 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie waty celulozowej , białej o gramaturze 47gr/m<sup>2</sup>, opakowanie a'5 kg?

**ODPOWIEDŹ**

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 17**

Pakiet 8 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie plastra w rozmiarze 1,6 x 5,7cm?

**ODPOWIEDŹ**

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 18**

Pakiet 8 poz. 6-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunku z rozcięciem papieru zabezpieczającego wzdłuż dłuższego boku?

**ODPOWIEDŹ**


Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.



**Pytanie nr 19**

Pakiet 8 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku z przezroczystej, wodoodpornej folii PU ze skrzydełkami wzmocnionymi od wewnątrz włókniną, z dodatkową podkładką włókninową pod skrzydełka kaniuli oraz taśmą do opisu, z trójstopniowym systemem aplikacji, pokryty na całej powierzchni klejem akrylowym. Opakowanie papier-papier a'100szt., I klasa sterylna, rozmiar 5,8cm x 8cm?



**ODPOWIEDŹ**

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 20**

Pakiet 8 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku do mocowania kaniuli z foli poliuretanowej z wycięciem, z systemem aplikacji typu ramka i z taśmą do opisu, wymiar 6cm x 7cm, op. a'100szt?



**ODPOWIEDŹ**

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 21**

**CZĘŚĆ NR 4 Poz. nr 1** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania hydropolimerowego opatrunku piankowego w rozmiarze 10 x 10cm? Pozostałe parametry opatrunku bez zmian

**ODPOWIEDŹ**

Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

**Pytanie nr 22**

**CZĘŚĆ NR 4 Poz. nr 2,3,5,6** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania hydropolimerowych opatrunków piankowych zgodnych z SIWZ, jednakże pakowanych a' 10 szt?

**ODPOWIEDŹ**

Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

**Pytanie nr 23**

**CZĘŚĆ NR 4 Poz. nr 16** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego przezroczystego opatrunku hydrożelowego z krawędzią samoprzylepną oraz podziałką umożliwiającą ocenę wielkości rany, o rozmiarze 6,5 cm x 10 cm, w opakowaniach a' 10 sztuk?

**ODPOWIEDŹ**

Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

**Pytanie nr 24**

**CZĘŚĆ NR 4 Poz. nr 17, 18** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków hydrożelowych zgodnych z SIWZ, jednakże pakowanych a' 10 szt?

**ODPOWIEDŹ**

Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

**Pytanie nr 25**

Pakiet 2, poz. jałowe

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia

**ODPOWIEDŹ**

Nie. Ze względu na specyfikę, związaną z komorą hiperbaryczną Zamawiający wymaga sterylizacji parą wodną. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

**Pytanie nr 26**

Pakiet 2, poz. 1-3 (kompresy gazowe niejałowe a'100 szt.)

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

**ODPOWIEDŹ**

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 27**

Pakiet 2, poz. 1-3 (kompresy gazowe niejałowe a'100 szt.)

Czy zamawiający dopuści kompresy o wykroju dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – wykrój 9,5 cm x 18,5 cm; dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – wykrój 14,5 cm x 28,5 cm; dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – wykrój 19 cm x 38 cm?

**ODPOWIEDŹ**

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 28**

Pakiet 2 ,poz. 4-6 (kompresy gazowe jałowe 2x25 szt.)

Czy zamawiający dopuści kompresy o wykroju dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – wykrój 9,5 cm x 18,5 cm; dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – wykrój 14,5 cm x 28,5 cm; dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – wykrój 19 cm x 38 cm?

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

**Pytanie nr 29**

Pakiet 2, poz. 1 ( gaza 13 nit.) – poz. 6 ( komp.gaz.10x10 cm)

Czy zamawiający wydzieli poz.1-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru

**ODPOWIEDŹ**

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.



**Pytanie nr 30**

Pakiet 7, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

**ODPOWIEDŹ**

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 31**

Pakiet 7, poz. 4-5

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

**ODPOWIEDŹ**

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

**Pytanie nr 32**

Pakiet 7, poz. 1-5

Czy zamawiający wydzieli poz.1-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

**ODPOWIEDŹ**

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 33**

Dotyczy pakietu 4 poz. 9

Czy Zamawiający wyłączy z pakietu 4 poz. 9, w celu złożenia konkurencyjnej oferty?

**ODPOWIEDŹ**

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 34**

Dotyczy pakietu 9 poz. 14

Jaką wielkość opatrunku Zamawiający miał na myśli?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wymaga zaoferowania najmniejszego rozmiaru produktu.

**Pytanie nr 35**

Dotyczy pakietu 9 poz. 7, 8, 9

Czy Zamawiający dopuści opatrunki spełniające wymogi określone w SIWZ, ale o lepszych właściwościach, tj. niszczące biofilm bakteryjny i o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC?

**ODPOWIEDŹ**

Tak Zamawiający dopuszcza również opatrunki o lepszych właściwościach tj, niszczących biofilm pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

**Pytanie nr 36**

Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.

Pragniemy zauważyć, że komunikacja elektroniczna jest również zalecana przez Urząd Zamówień Publicznych: "W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. Urząd Zamówień Publicznych zaleca,

aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający pozostawia zapisy treści SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 37**

**Pakiet nr 2, poz. 1**

Zgodnie z wymogami Farmakopei cz VII (ostatnia, w której są wymogi dotyczące wyrobów gazowych a więc obowiązująca) gaza 13 nitkowa powinna posiadać masę powierzchniową 17 g/m<sup>2</sup> a gaza 17 n powinna posiadać masę powierzchniową min 23 g/m<sup>2</sup>. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania gazy zgodnej z wymogami farmakopei tj. o masie powierzchniowej 17 g/m<sup>2</sup>? Czy na potwierdzenie spełnienia wymogów Zamawiający oczekuje dołączenia na wezwanie próbki gazy?

**ODPOWIEDŹ**

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 38**

**Pakiet nr 2, poz. 2,3,4,5,6,7**

Czy na potwierdzenie spełnienia wymogów Zamawiający oczekuje dołączenia na wezwanie próbek?

**ODPOWIEDŹ**

Nie.

**Pytanie nr 39**

**Pakiet nr 2, poz. 2-7:**

Czy na potwierdzenie spełnienia wymogu minimalnej gramatury kompresu Zamawiający wymaga załączenia do oferty karty danych technicznych?

**ODPOWIEDŹ**

Nie.

**Pytanie nr 40**

**Pakiet nr 2, poz. 9 (oznaczona jako poz. 6):**

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji zaoferowanie jałowych tupferów pakowanych a'3 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

**ODPOWIEDŹ**

Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.



**Pytanie nr 41**

**Pakiet 3, poz. 1,2**

Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Parametry minimalne medycznej waty bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano - wiskozowej. Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

**ODPOWIEDŹ**

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 42**

**Pakiet 3, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści watę pakowaną a 500 g z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań?

**ODPOWIEDŹ**

Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 43**

Czy Zamawiający zgadza się aby dostawy realizowane były do godziny 15:00? Dot. § 3 ust. 9 umowy.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający pozostawia zapisy treści wzoru umowy bez zmian.

**Pytanie nr 44**

Czy Zamawiający przed rozwiązaniem umowy na podstawie § 7 uprzednio wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający pozostawia zapisy treści wzoru umowy bez zmian. Zamawiający będzie realizował umowę zgodnie z jej postanowieniami.

**Pytanie nr 45**

**CZĘŚĆ NR 7**

**Poz. nr 6-9** - czy Zamawiający wymaga wyceny elastycznego rękawa opatrunkowego za metr bieżący w stanie rozciągniętym, czy w stanie swobodnym?

**ODPOWIEDŹ**

Tak. Za metr bieżący w stanie swobodnym.

**KIEROWNIK DZIAŁU  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

*Dorota Tużnik*  
**Dorota Tużnik**

Dyrektor Szpitala

*prof. dr hab. p. med. Marcin Reński*

Podpis Kierownika Zamawiającego