

Włoszczowa, dnia 20.12.2017 r.

Znak DOAT 149/12/2017

**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania do postępowania na dostawę implantów wraz z użyczeniem instrumentarium do zabiegów ortopedycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Nr sprawy 16/11/2017.

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w rozdziale IV pkt. 4 SIWZ mógłby doprecyzować, iż wymóg sterylności asortymentu dotyczy tylko tych pakietów i tego asortymentu dla których w formularzu cenowym postawiono taki wymóg?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w poz. nr 1; 2; 5-8; 42 mógłby ujednoczyć wymóg co do terminu ważności sterylności w formularzu cenowym (min. 3-letni termin ważności sterylizacji) z zapisami SIWZ i umowy, które wskazują na min 1 rok – i w związku z tym zmienić go na min 1 rok?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia na 1 rok.

**Pytanie nr 3**

Czy w kolumnie jednostka miary powinno znajdować się „szt.”?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 4**

Poz. 40 – Czy Zamawiający dopuści płytkę puszczelową dalszą na kostkę boczną posiadającą 6 otworów gwintowanych w części formowanej na kostkę boczną oraz 4-10 otworów: gwintowanych i oddzielnych 2 otworów kompresyjnych wydłużonych w części trzonowej? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 5**

Czy w informacji pod formularzem cenowym w zdaniu 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zakresu pozycji na 73-86 zamiast 73-84, ponieważ poz. 85 i 86 również zaliczają się do asortymentu narzędziowego?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 6**

§1 ust. 2 - Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż wyroby przechowywane nieodpłatnie u Zamawiającego tzw. bank będzie własnością Wykonawcy do momentu zużycia w procesie leczniczym (zaimplantowania) przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 7**

§1 ust. 2 umowy oraz w rozdziale IV pkt. 1 i rozdziale VIII pkt. a) SIWZ - Czy w zakresie poz. 48-88 z pakietu nr 5, tzw. implantów drobnych (wkręty, podkładki, druty do cerklarzu, gwoździe Kirschnera, Rusha, grotki Streinamna, płytki 1/3 koła oraz narzędzi i opasek, Zamawiający zgodzi się doprecyzować, że dostawy będą realizowane na podstawie sukcesywnych zamówień? Wskazany powyżej asortyment

zwyczajowo nie jest przewidziany do depozytu z uwagi na trudności z jego rozliczeniem po wykonanym zabiegu, narzędzia zaś sprzedawane są na podstawie zamówień.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający doprecyzuje w SIWZ oraz umowa z Wykonawcą dla niniejszego pakietu zawierać będzie stosowne zapisy.

**Pytanie nr 8**

**§3 ust. 8– Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż wymóg daty ważności na fakturze lub dokumencie WZ dotyczyć będzie tylko wyrobów sterylnych? W przypadku bowiem wyrobów niesterylnych nie określa się terminów ważności na wskazanych dokumentach.**

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 9**

**Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 11, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?**

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 9**

**Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §5:**

- a. Ust. 2 z 0,1% wartości określonej w §2 ust. 1 na 0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru,
- b. Ust. 3 z 0,1% wartości określonej w §2 ust. 1 na 0,2% wartości reklamowanego towaru?
- c. Ust. 4 z 0,05% wartości określonej w §2 ust. 1 na 0,01% wartości określonej w §2 ust. 1 umowy

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 10**

**Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 6, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty, a postępowanie polubowne – pojednawcze zostanie zakończone w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty?**

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z **Pakietu nr 5** niżej wymienionych pozycji i utworzy nowy pakiet, np. pakiet nr 5A ?

Pozwoli to Wykonawcy na zaoferowanie korzystniejszej ceny Zamawiającemu.

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Numer katalogowy	J.m.	Ilość
52	331831007	Drut do cerklarzu w motkach dł. 10m fi 0,8-2,0mm			6
53	331831007	Gwoździe Kirschnera fi 1,0-2,5mm/150mm			700
54	331831007	Gwoździe Kirschnera fi 1,0-2,5mm/310mm			500
55	331831007	Grot Steinmanna fi4,0, 4,5, 5,0 , różne długości			20
71	331831007	Gwoździe Rush'a, fi2,4; 3,2; 4,0mm o różnych długościach			20
76	331831007	Nożyczki Mayo utwardzane 145mm			10
77	331831007	Nożyczki Mayo 150mm			10
78	331831007	Kleszczyki Kocher proste 160mm			20
79	331831007	Kleszczyki Kocher proste 200mm			10
80	331831007	Kleszczyki Kocher proste 220mm			10
81	331831007	Kleszczyki kocher proste delikatne 140mm			20
82	331831007	Imadło Mayo-Hegar delikatne 200mm			10
83	331831007	Imadło Crile-Wood proste 200mm			20
84	331831007	Pęseta chirurgiczna Standard 1:2 145mm			20
85	331831007	Osteotom Lambotte dł.250 prosty końc. robocza 8mm			3
86	331831007	Osteotom Lambotte dł.250 odgięty końc. robocza 8mm			3

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 12**

**Dotyczy:**

- Załącznik nr 1 Pakiet 1 – Endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego zadanie 1
- Załącznik nr 1 Pakiet 2 – Endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego zadanie 2
- Załącznik nr 1 Pakiet 6 – Endoproteza Stawu Biodrowego i kolanowego

Czy zamawiający wymaga użyczenia na czas realizacji umowy napędu w postaci piły oraz wiertarki wraz z niezbędnym do zabiegu oprzyrządowaniem, do każdego pakietu z osobna czy przedmiotowy wymóg dotyczy ilości umów podpisanych z konkretnym dostawcą?

**Odpowiedź:**

Tak, do każdego pakietu.