

Włoszczowa, dnia 21.02.2019 r.

Znak DOAT 22/02/2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania na dostawę implantów wraz z użyczeniem instrumentarium do zabiegów ortopedycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II . **Nr sprawy 03/02/2019.**

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 1 endoprotez o następujących parametrach:

Trzpień endoprotezy wykonany ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie o prostokątnym przekroju poprzecznym, napyłony tytanem oraz dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości. W wersji standard oraz w wersji offsetowej w minimum 8 rozmiarach, szyjka polerowana, stożek 12/14. opcja trzpienia cementowego, wspólna taca narzędziowa dla trzpienia cementowego i bezcementowego.

Krótki trzpień przynasadowy — wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej porowaty, umożliwiający wzrost kostniny w głąb implantu, dalsza część piaskowana, zakończenie dystalne gładkie. Po 12 rozmiarów dla każdej z dwóch wersji offsetu 131° oraz 134°. Długość 82mm-118 mm.

Panewka bezcementowa – tytanowa napyłana czystym tytanem lub tytanem i hydroksyapatytem w rozmiarach 44-72mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit, umożliwiająca wzrost kostniny w głąb panewki, gładko polerowana wewnątrz, wszystkie otwory zaślepienie fabrycznie (do odsłepienia w razie potrzeby).

Głowa metalowa o średnicach 28mm, 32mm, 36mm. w 6 rozmiarach długości szyjki

Głowa ceramiczna biolox delta dla pacjentów uczulonych na jony metali.

System wymiennych wkładek XLPE (cross linkowany polietylen) do głów 28, 32, 36mm. Wkładka posiada centralizer oraz tytanową opaskę.

Śruby panewkowe 20-60mm., Zaśleпка otworu w razie potrzeby

Trzpień cementowy - gładkopolerowany, ze stali nierdzewnej, stożek 12/14, dostępny w wersji standard i lateralizowanej (134* i 131*). Wersja standard w 11 rozmiarach, wersja lateralizowana w 11 rozmiarach; długość: 129 mm- 179mm.

Głowa bipolarna w rozmiarach 38mm -57mm. z mechanizmem zatraskowym wykorzystującym pierścień polietylenowy do zatrzaśnięcia głowy w czaszy. Zewnętrzna strona czaszy metalowa, wewnętrzna polietylenowa.

Głowa stalowa o średnicy 28mm. w 6 długościach szyjki.

Panewka polietylenowa z okapem 20*, dostępna w rozmiarach: wew. 28 mm – zew. 40-58mm; wew. 32mm – zew. 44-58mm., wew. 36mm- zew. 48-58mm. (skok co 2 mm.), wyposażona w dystansery i znacznik rentgenowski.

Korek do kanały w trzech rozmiarach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

INSPEKTOR
Działu Obsługi Adm.-Tech.

Joanna Szwarc
Joanna Szwarc

p.o. DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

Stawo Sobaniński
Stawo Sobaniński