

Włoszczowa, dnia 07.02.2019 r.

Znak DOAT: 16/02/2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego „na dostawę preparatów do dezynfekcji narzędzi w płynie, do mycia sprzętu pomocniczego, preparatów do zamglawiania, akcesoriów do autoklawów, testów do sterylizacji, sprzętów ochrony indywidualnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II”. Znak: 02/02/2019

Pytanie nr1

Pytanie 1 dotyczy pakietu 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści biologiczny zestaw testowy ze wskaźnikiem biologicznym szybkiego odczytu po ostatecznym odczycie 24 min. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszcza.

Pytanie nr2

Zadanie nr 6, pozycja 1– Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „klasa ochrony wg normy 14683” a dopuści maskę ochronną zarejestrowaną jako środek ochrony indywidualnej zgodnie z normą EN 149:2001 A1:2009 NR D, maska zaopatrzona w zawór umieszczony na wysokości ust? Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

p.o. **DYREKTOR**
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie
Sławomir Sobański