

Znak DOAT 65/06/2019

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego na wykonanie przeglądów okresowych aparatury medycznej w miesiącu czerwiec dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II nr sprawy 18/06/2019.

Pytanie nr 1. Dotyczy: załączników:

Czy Zamawiający udostępni wykonawcom na swojej stronie edytowalne załączniki do Zapytania ofertowego?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 2. Dotyczy: poz. 8 zapytania:

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu a także w zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów Zapytania. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Prosimy o podanie pełnej nazwy i modelu Respiratora. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie.

Odpowiedź: Respirator Raphael seria 1918 firmy Ekomark rok produkcji 2001

Pytanie nr 3. Dotyczy: poz. 6 zapytania:

Czy Zamawiający wymaga aby zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producenta?

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora Lifepak 9P w zależności od stanu urządzenia wymagana jest wymiana następujących części:

- Resonator

Odpowiedź: Cena przeglądu ma nie zawierać wymiany podzespołów urządzenia. Wymiana części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Pytanie nr 4. Dotyczy: poz. 7 zapytania:

Czy Zamawiający wymaga aby zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producenta?

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora Lifepak 15 w zależności od stanu urządzenia wymagana jest wymiana następujących części:

- Baterie Plus [4 sztuki]

Odpowiedź: Cena przeglądu ma nie zawierać wymiany podzespołów urządzenia. Wymiana części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Pytanie nr 5. Dotyczy: poz. 7 zapytania:

Czy Zamawiający wymaga aby zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producenta?

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora Lifepak 15 co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Siatka PFC

- Defibrylator [2 sztuki]

Odpowiedź: Cena przeglądu ma nie zawierać wymiany podzespołów urządzenia. Wymiana części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Pytanie nr 6. Dotyczy: poz. 7 zapytania:

Czy Zamawiający wymaga aby zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producenta?

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora Lifepak 15 co 60 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Bateria podtrzymania pamięci

Odpowiedź: Cena przeglądu ma nie zawierać wymiany podzespołów urządzenia. Wymiana części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Pytanie nr 7. Dotyczy: poz. 11 zapytania:

Czy Zamawiający wymaga aby zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producenta?

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatora Beneheart D1 w zależności od stanu zużycia wymagana jest wymiana następujących części:

- Baterie

Odpowiedź: Cena przeglądu ma nie zawierać wymiany podzespołów urządzenia. Wymiana części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

p.o. Z-CIA DYREKTORA
D/S LECZNICTWA
ZOZ we Włoszczowie

Lek. med. Leszek Orliński

Referent
ds. administracyjno-technicznych
Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

mgr inż. Przemysław Orzechowski