



ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28 29-100 Włoszczowa



Włoszczowa dnia 15.10.2019

Znak DOAT: 30/10/2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego na wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej wraz z wydaniem świadectw sprawności technicznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Nr sprawy 26/10/2019.

Pytanie nr 1

Pakiet nr 7

Czy w związku z zapytaniem ofertowym jak w tytule Zamawiający wymagać będzie wymiany wężyków detergentu w obu urządzeniach w pakiecie nr 7 w ramach ceny za przegląd bez dodatkowego obciążania Zamawiającego?

Wymiana zależy będzie od stopnia zużycia wężyków.

Odpowiedź: **Tak**

Pytanie nr 2

Pakiet nr 2 i 3

Bardzo proszę o informację czy dla urządzeń z pakietów 2 i 3 w cenie przeglądów należy uwzględnić wymianę akumulatorów. Jeśli tak proszę o wskazanie urządzeń w których mają być wymienione akumulatory.

Odpowiedź: **Nie uwzględniać wymiany akumulatorów w ofercie.**

Referent
ds. administracyjno-technicznych
Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

mgr inż. Przemysław Orzechowski

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

Rafał Krupa