



ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28 29-100 Włoszczowa



Włoszczowa dnia 24.10.2019

Znak DOAT: 95/10/2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego na wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej wraz z wydaniem świadectw sprawności technicznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Nr sprawy 27/10/2019.

Pytanie nr 1

Pakiet nr 3

W przypadku komory laminarnej, aby określić jej parametry funkcyjne niezbędne jest wykonawstwo pomiaru przepływu laminarnego – czy zamawiający wymaga takiego pomiaru z wykorzystaniem miernika przepływu cząstek?

Odpowiedź: **Tak**

Pytanie nr 2

Pakiet nr 3

Czy zamawiający wymaga wymiany filtra wstępnego w komorze (często producenci zalecają wymianę po każdym roku użytkowania).

Odpowiedź: **Tak**

Referent
ds. administracyjno-technicznych
Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

mgr inż. Przemysław Ożzechowski

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie
Rafał Krupa