

Znak DOAT 86/09/2019

**UNIEWAŻNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
PAKIET NR 40
PONOWNY WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
PAKIET NR 40**

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym znak: 09/06/2019 na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II.

I Unieważnienie czynności oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 40.

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II działając na podstawie art. 7 ust. 3 z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), unieważnia czynność oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 40 jednocześnie zawiadamiając o powtórzeniu czynności oceny i wyboru oferty dla ww. pakietu.

Zamawiający w dniu 5 września 2019 roku dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym znak: 09/06/2019 na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. W tym samym dniu Zamawiający zawiadomił Wykonawców o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

W dniu 13 września 2019 roku Zamawiający otrzymał od uczestnika postępowania – firmy Skamex sp. z o.o. sp. k. informację, iż zaproponowane przez firmę Becton Dickinson Polska sp. z o.o. wyroby dla pakietu nr 40 nie odpowiadają specyfikacji istotnych warunków zamówienia (nie posiadają dodatkowego systemu chroniącego cewnik przed napływem wstecznym krwi do światła cewnika przy zmianach ciśnienia krwi).

Zamawiający po przeprowadzeniu szeregu czynności wyjaśniających doszedł do przekonania, iż firma Skamex sp. z o.o. sp. k. zasadnie wnosi zastrzeżenia do czynności oceny i wyboru oferty dla ww. pakietu, gdyż zaproponowany przez firmę Becton Dickinson Polska sp. z o.o. łącznik bezigłowy faktycznie nie posiada ww. dodatkowego systemu chroniącego cewnik.

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający postanowił o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty dla pakietu nr 40 i przeprowadzeniu ponownej oceny i wyboru oferty.

II Ponowny wybór oferty dla Pakietu nr 40.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, że w wyniku **ponownego rozstrzygnięcia w zakresie pakietu nr 40** przetargu nieograniczonego znak 09/06/2019 na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie -Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy:

Skamex Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Częstochowska 38/52

93-121 Łódź

Cena danej części zamówienia brutto –60 pkt

Termin realizacji zamówienia – 40 pkt

Punktacja łączna – 100 pkt

Wybrana oferta spełnia warunki określone ustawą Prawo zamówień publicznych, a jej treść jest zgodna z SIWZ. Wybrany wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia za cenę 120.765,60 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć i 60/100).

Oferta Odrzucona

Becton Dickinson Polska sp. z o.o.

Ul. Osmańska 14,

02-823 Warszawa

Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych odrzuca Ofertę firmy Becton Dickinson Polska sp. z o.o.

ZOZ we Włoszczowie wymagał, aby zaproponowany produkt posiadał dodatkowe zabezpieczenie przed wstecznym napływem krwi. Zaproponowany w pakiecie nr 40 przez oferenta firmę Becton Dickinson Polska sp. z o.o. łącznik bezigłowy nie posiada dodatkowego systemu chroniącego cewnik przed napływem wstecznym krwi do światła cewnika przy zmianach ciśnienia krwi.

Brak spełnienia wymagań, o których mowa powyżej stanowi podstawę do odrzucenia oferty wykonawcy.

Umowa dla ww. pakietu zostanie zawarta po dziesięciu dniach od ogłoszenia wyników postępowania.

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

.....
Dyrektor Zespołu Opieki
Zdrowotnej we Włoszczowie

INSPEKTOR
Działu Obsługi Adm.-Tech.

Joanna Szwarz
Joanna Szwarz