

Włoszczowa, dnia 20.01.2020 r.

Znak DOAT 15/01/2020

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Nr sprawy 02/01/2020.

Pytanie nr 1

Dotyczy zapisów SIWZ pkt X, pkt 1.3):

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej** przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 43

Czy Zamawiający dopuści taśmy o **specyfikacji bardzo zbliżonej do wymagań Zamawiającego**: Taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT. Wykonana jest niewchłaniającego polipropylenu monofilamentowego.

Parametry: szerokość: 1,2 cm, długość: 45 cm, grubość: 0,50 mm, gramatura: 57 g/m², wielkość porów: 0,90 mm.

Brzegi taśmy zakończone są długimi wąsami ułatwiającymi implantację. Taśma w plastikowej osłonce. Osłonka nie zachodzi na siebie, pozostawiając środek z taśmą.

Taśma zakładana narzędziami wielorazowego użytku.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Dotyczy pakietu 8

Czy Zamawiający **w pozycji 3** dopuści rurki intubacyjne noworodkowe w rozmiarze 2,0 zamiast rozmiaru 1,5 ze względu na brak występowania takiego rozmiaru rurek na rynku?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 4

Dotyczy pakietu 8

Czy Zamawiający **w pozycji 4** dopuści rurki tracheostomijne w rozmiarach: 6,0 zamiast rozmiaru 6,5; 7,0 zamiast rozmiaru 7,5; 8,0 zamiast rozmiaru 8,5; 10,0 zamiast rozmiaru 9,5; spełniające pozostałe wymagania określone w SIWZ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 5

Dotyczy pakietu 8

Czy Zamawiający w **pozycjach 11 i 12** dopuści obecnie stosowane przez Zamawiającego, zestawy do drenażu opłucnej wyskalowane do objętości 2100 ml, z drenem łączącym (drenami łączącymi) z wbudowanym systemem zabezpieczającym przed zagięciem, spełniające pozostałe wymagania określone w SIWZ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 6

Dot. paragraf 8 pkt. 1 Umowy

Prosimy o dopisanie do powyższego paragrafu treści :

Za dostarczony produkt Wykonawca będzie wystawiał faktury z terminem płatności 60 dni liczonych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury- **wysłanej mailem na adres.....** . Na fakturze oraz dokumencie WZ musi być numer zamówienia i numer Umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7

Dot. paragraf 9 ust. 2 Umowy

Ze względu na wygórowanie kary umownej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do 0,5 % wartości zamówienia częściowego brutto za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia ponad termin określony w paragrafie 6 ust. 3 ?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 8

Zadanie 3, poz. 1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie z pakietu 3 pozycji 4 - zestaw uniwersalny i utworzenie z niej osobnego pakietu. Prosimy również o dopuszczenie zestawu wykonanego z laminatu trójwarstwowego o gramaturze 73 g/m², spełniającego wymagania Normy 13795 1-3.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9

Dotyczy Zadania 12, poz. 2

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od **europejskiego producenta**, Z PEWNĄ KORZYŚCIĄ EKONOMICZNĄ DLA SZPITALA, KTÓRY DOKONA WYBORU SPOŚRÓD WIĘKSZEJ ILOŚCI OFERT, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod powrotnych REM, **posiadających wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod**, o powierzchni aktywnej 107 cm² i rozmiarach 164x117 mm; Tak nieznaczna różnica wymiaru nie wpłynie w żaden sposób na wartość użytkową ani sposób pracy Zespołu operacyjnego.

NASZA ELEKTRODA JEST WOLNA OD LATEKSU I JEST UNIWERSALNA, TZN, ŻE MOŻE BYĆ BEZPIECZNIE APLIKOWANA U PACJENTÓW DOROSŁYCH JAK I U DZIECI (DODATKOWA ZAŁĘTA). Pragniemy podkreślić, że elektrody te są zakupywane w Europie w ilości ponad 5 MILIONÓW sztuk rocznie i cieszą się dużym uznaniem przez Państwa w wymogach SIWZ, także w kilkudziesięciu szpitalach na terenie Polski.wśród Zespołów Operacyjnych wykonujących zabiegi na aparatach wymienionych

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10

Dotyczy Zadania 12, poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu nr 12 pozycji 4 - Kabla monopolarnego do instrumentów laparoskopowych, gdyż w obecnym brzmieniu SIWZ **ofertę może złożyć tylko jedna firma.**

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11

Dotyczy Pakietu 12, poz. 5

Ze względu na dotychczasową współpracę prosimy o dopuszczenie elektrody nożowej o **długości roboczej 1,6** (wymagana długość robocza 1,9). Elektrody spełniają wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Tak nieznaczne różnice w żaden sposób nie wpłyną na jakość użytkową produktu oraz pracę zespołu operacyjnego. Oferowany produkt jest najwyższej jakości od włoskiego producenta.

Pozytywna odpowiedź na pytanie poszerzy grono oferentów i korzystnie wpłynie na sytuację ekonomiczną Szpitala.

Odpowiedź: Dopuszcza.

Pytanie nr 12

Dotyczy Pakietu 12, poz. 6

Ze względu na dotychczasową współpracę prosimy o dopuszczenie elektrody nożowej przedłużonej powlekanej silikonem o **długości 15,3cm (silikon na długości 14,7cm)**. Elektrody spełniają wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Tak nieznaczne różnice w żaden sposób nie wpłyną na jakość użytkową produktu oraz pracę zespołu operacyjnego. Oferowany produkt jest najwyższej jakości od włoskiego producenta.

Pozytywna odpowiedź na pytanie poszerzy grono oferentów i korzystnie wpłynie na sytuację ekonomiczną Szpitala.

Odpowiedź: Dopuszcza.

Pytanie nr 13

Dotyczy Pakietu 12, poz. 7

Ze względu na dotychczasową współpracę prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody kulki od włoskiego producenta, którą oferujemy w rozmiarach: (wymagana \emptyset 3mm oraz długość 1cm)

- \emptyset 4 mm, długość 7cm
- \emptyset 2 mm, długość 5,4cm
- \emptyset 4 mm, długość 15,6cm

Różnica w zarówno w średnicy, jak i długości jest nieznaczna, co nie wpłynie w żaden sposób na wartość produktu i pracę Zespołu operacyjnego.

Odpowiedź: Dopuszcza.

Pytanie nr 14

Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia na dostawę wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 17

Dotyczy pakietu 8 nr 11-12

Czy Zamawiający wydzieli wyżej wymienione produkty do osobnego pakietu? Pozwoli to uzyskać bardziej konkurencyjną ofertę na pozostały asortyment.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 18

Dotyczy pakietu 10 nr 2

Czy Zamawiający wydzieli wyżej wymienione produkty do osobnego pakietu? Pozwoli to uzyskać bardziej konkurencyjną ofertę.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 19

Dotyczy pakietu 10 nr 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 30 cm i średnicy dolnej 30 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 20

Pakiet 5, poz.1

Czy Zamawiający dopuści majtki o obwodzie w pachwinie udowej 35,5cm (+/-1cm)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 21

Pakiet 5, poz.2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli operacyjnej o obwodzie 152cm oraz długości 116cm; pozostałe parametry zgodne z siwz?



Odpowiedź: Dopuszcza.

Pytanie nr 22

Pakiet 5, poz.3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli operacyjnej występującej w rozmiarze uniwersalnym o obwodzie 140cm oraz długości 110cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 23

Pakiet 5, poz.3

Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną o gramaturze 33g/m²?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 24

Pakiet 15, poz.2

Czy Zamawiający dopuści podajniki mieszczące 12 szczotek metalowe nadające się do sterylizacji o wysokości 54,3cm, szerokość 13cm, głębokość 7,5cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 25

Pakiet nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, portem kapno, dla dorosłych. Skuteczność filtracji 99,999%, przestrzeń martwa 40ml, zakres objętości oddechowej 150-1500ml, waga filtra 29-30g?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 26

Pakiet nr 9, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 z Pakietu nr 9 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pakietu.

Pytanie nr 27

Dotyczy Pakiet nr 9

Czy Zamawiający ma na myśli w pakiecie nr 9 poz. 1 Filtr o parametrach: zakres objętości oddech. 150 – 1200 ml; Skuteczność filtracyjna względem NaCl 17 - $\geq 99,512\%$; Skuteczność filtracyjna względem bakterii - $\geq 99,9999\%$ 18; Skuteczność filtracyjna względem wirusów - $> 99,999\%$ 20; Opór przepływu - 0,5 cm H₂O przy 15 l/min; 1,2 cm H₂O przy 30 l/min; 2,7 cm H₂O przy 60 l/min; 4,5 cm H₂O przy 90 l/min; Utrata wilgotności - 17 mg H₂O/l przy Vt 500 ml; Wydajność nawilżania - 16 mg H₂O/l przy Vt 500 ml; Objętość wewnętrzna - 42 ml; Masa - 24 g?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 28

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 9 pozycji nr 1 do osobnego pakietu, co zagwarantuje możliwość pozyskania konkretyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pakietu.

Pytanie nr 29

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 zestaw do zabiegów ginekologicznych, w składzie:

- | | | |
|--|-------------|---|
| 1. serweta chirurgiczna o wymiarach 200/270x215 cm, zintegrowana z nogawicami i ekranem anestezyjologicznym, posiada otwór w okolicach krocza o wymiarach 13x24 cm | 200/270x215 | 1 |
| 2. serweta ginekologiczna o wymiarach 60x116 cm, wyposażona w samoprzylepny otwór o wymiarach 8x11 cm, zintegrowany worek do przechwytywania płynów, oraz możliwość przymocowania serwety do fartucha operującego, za pomocą integrowanej taśmy samoprzylepnej | 60x116 | 1 |
| 3. ręczniki chłonne | 18x25 | 2 |
| 4. organizator przewodów (samoprzylepny) | 9x18 | 1 |
| 5. osłona na stół MAYO | 79x145 | 1 |
| 6. serweta na stół - (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |

Serweta główna wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 60 g/m².

Odpowiedź: Dopuszcza.

Pytanie nr 30

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści, aby serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x320 cm posiadała dwa samouszczelniające otwory z neoprenu o średnicy 7cm i 5 cm? Pozostałe parametry oraz pozycje zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszcza.

Pytanie nr 31

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony foliowej na przewody, wykonanej z mocnej przezroczystej folii w rozmiarze 18x250cm.

Odpowiedź: Dopuszcza.

Pytanie nr 32

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści sterylny jednoczęściowy foliowy pokrowiec na aparat RTG, wykonany z przezroczystej folii PE w rozmiarze 117x183cm?

Odpowiedź: Dopuszcza.

Pytanie nr 33

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja 13

Czy zamawiający dopuści w pozycji 13 osłonę na kończynę w rozmiarze 32x120 cm, pakowaną bez taśm samoprzylepnych? Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszcza.

Pytanie nr 34

Zamawiający określa system do monitorowania glikemii podając nazwę glukometrów będących zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do pasków testowych producenta tychże glukometrów, ze względu na zabezpieczoną konstrukcyjnie i chronioną prawem patentowym kompatybilność glukometrów tegoż producenta tylko i wyłącznie z paskami testowymi tego samego producenta. Tym samym producent glukometrów wymienionych w SIWZ uzyskuje faktyczny monopol na kształtowanie ceny oferty, gdyż bez względu na liczbę podmiotów z nim współpracujących, to producent narzuca cenę oferty, nie pozostawiając swoim kontrahentom alternatywy w postaci możliwości zaoferowania jakichkolwiek innych pasków testowych i tym samym narażając szpital na wysoką cenę oferty. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, które niejednokrotnie przewyższają parametrami system wymagany przez Zamawiającego, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie (redukcja kosztów nawet do 40 %) przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnie-

niu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włosniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45°C, przechowywanie do 30°C; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie konkretnych kryteriów równoważności.

Odpowiedź: Dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra, zakres hematokrytu 20-60% przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie konkretnych kryteriów równoważności.

Odpowiedź: Dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający dopuszcza równoważne paski testowe do glukometru (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej i żyłnej przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) temperatura przechowywania w szerokim zakresie 2-32 st. Celsjusza; h) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie konkretnych kryteriów równoważności.

Odpowiedź: Dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 37

DOT. PAKIETU NR 12 POZ.1

Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrody czynnej wielorazowy o długości sznura (kabla) 4m , pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Dopuszcza.

Pytanie nr 38

DOT.PAKIETU NR 12 POZ.2

Czy Zamawiający dopuści elektroda bierna jednorazowa do diatermii pokryta hydrożelem o grubości 1,65mm, o kształcie owalnym 164x117mm, o szerokości styku podłączenia 2,5cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39

DOT.PAKIETU NR 12 POZ.5

Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową jednorazową o wymiarach 0,5x2,3mm, z wtykiem 2,4mm, ze stali nierdzewnej ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40

DOT.PAKIETU NR 12 POZ.6

Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową przedłużoną powlekaną silikonem o dł.15,3cm, z wtykiem 2,4mm, sterylna, jednorazową ?


Odpowiedź: Dopuszcza.

Pytanie nr 41

DOT.PAKIETU NR 12 POZ.7

Czy Zamawiający dopuści elektrodę kulke o średnicy 4mm, z wtykiem 2,4mm, sterylną, jednorazową ?

Odpowiedź: Dopuszcza.

REFERENT
Działu Obsługi Adm.-Tech.

Katarzyna Orzechowska