

Włoszczowa, dnia 20.10.2020 r.

Znak DOAT: 103/10/2020

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego na zakup i dostawę dwufunkcyjnych przepływowych lamp bakteriobójczych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy: 27/10/2020.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści lampy bakteriobójcze przepływowe o poniższych parametrach?

Lampa przepływowa wykorzystująca światło ultrafioletowe (UV-C)

Oświetlenie światło UV-C nie wydostaje się na zewnątrz lampy, dzięki czemu może ona być wykorzystywana w pomieszczeniach, gdzie trzeba bezpiecznie i skutecznie zdezynfekować powietrze w obecności ludzi.

Moc lampy [W] 72

Wersja lampy: dwufunkcyjna

Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza

Funkcja dwukierunkowej bezpośredniej dezynfekcji powierzchni

Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C

Kolor: obudowa biały mat, front srebrny ocynkowany

Przepływ powietrza: 160 m³/h

Żywotność źródła światła: 9000 h

Kubatura zdezynfekowanego pomieszczenia przy dezynfekcji przepływowej wynosi 50 m³

Zasięg działania: 25 m²

Długość fali UV-C: 253,7 nm

Napięcie zasilające: 220-240 V

Stopień szczelności: IP20

Klasa ochronności: I

Waga : 6,6 kg

Podstawa jezdna

Filtr HEPA

Licznik czasu pracy

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę treści zapytania ofertowego, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ:

Starszy Specjalista
ds. prawnych

Rutkowski

Krzysztof Rutkowski