

Włoszczowa, dnia 21.10.2020 r.

Znak DOAT: 105/10/2020

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego na zakup i dostawę dwufunkcyjnych przepływowych lamp bakteriobójczych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy: 27/10/2020.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający jest w stanie zrezygnować z wymogu instalacji, uruchomienia i przeszkolenia?

Z uwagi na bardzo krótki termin dostawy oraz instalację polegającą jedynie na podłączeniu do źródła zasilania - wymagane przez Zamawiającego usługi jedynie podwyższą koszty zakupu. Podczas dostawy dostarczamy instrukcję obsługi w języku polski, co pozwoli Państwu na zapoznanie się z zasadami użytkowania lamp.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający jest w stanie zrezygnować z wymogu instalacji, uruchomienia i przeszkolenia. W takim przypadku Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia będzie zobowiązany dostarczyć oświadczenie, że zapoznanie się użytkowników lamp z instrukcją obsługi jest wystarczającą gwarancją bezpiecznej instalacji, uruchomienia (podłączenia do źródła zasilania) i korzystania z urządzeń.

Pytanie nr 2


Czy Zamawiający dopuści lampę o długości fali 253 nm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza lampę o długości fali UV-C 253 nm, ale nie wymaga.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę treści zapytania ofertowego, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ:

Starszy Specjalista
ds. prawnych

z up. 
Krzysztof Rutkowski