

Włoszczowa, dnia 05.11.2020 r.

Znak DOAT: 120/11/2020

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy: 19/11/2020.

Pytanie nr 1

Dotyczy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści aparat do wysoko przepływowej tlenoterapii o następujących parametrach:

1. Zestaw do terapii HFNC (High-Flow Nasal Cannula) – zestaw składa się z miksera gazów oddechowych tlen/O₂, który umożliwi precyzyjne ustawienie właściwego stężenia tlenu w mieszaniu oddechowej w zakresie min. 21-100%
2. Zestaw posiada oksymetr, pozwalającym na precyzyjne zmierzenie FiO₂ w zakresie min. 21-100%
3. Nawilżacz powietrza który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe pacjentom samoczynnie oddychającym, poprzez łączniki: donosowe lub tracheostomijne
4. Zakres ustawienia temperatury nawilżacza: 31- 37 °C (+/-2°C)
5. Nawilżenie mieszanki oddechowej nie mniej niż:
 - 33 mg/l przy temp 37°C
 - 12 mg/l przy temp 34°C
6. Nawilżacz z automatyczną kontrolą skroplin zapobiegającą zalewaniu się obwodu oddechowego
7. Zakres ustawień przepływów: min. 0-70 l/min
8. Stężenie tlenu w zakresie min. od 21 % do 100 % (możliwość ustawienia alarmów dolnej i górnej granicy stężenia tlenu)
9. Statyw medyczny do aparatu wyposażony w uchwyt, koszyk oraz podstawę jezdnią z min. 4 kółkami - w tym min. 2 kółka z hamulcami na każde urządzenie

10. Zarówno nawilżacz powietrza jak i oksymetr wyposażone w alarmy informujące o przekroczeniu zalecanych ustawień Takich jak przekroczenie ustawionego stężenia FiO₂, temperatury, braku wody w komorze nawilżacza

11. Waga urządzenia bez statywu, max 3kg

12. Układ do oddychania ogrzany i nawilżonym powietrzem z samonapełniającą się komorą. Kompatybilny z oferowanym urządzeniem:

Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) o długości min. 150 cm. Odcinek wdechowy podgrzewany . Przepływ gazów w zakresie min. 10 – 60 L/min.

Zakończenie układu wykonane z elastycznej końcówki, zapewniające prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych (turbowąsów) i interfejsu do tracheostomii. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów min. 10 – 60 L/min. w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia. Układ posiada płaszcz termiczny zabezpieczający przed nadmiernym skraplaniem. Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą pływak zabezpieczający przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wyposażona w nakłuwacz z odpowietrznikiem, oraz wskaźnik poboru wody. Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzy komplet tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. Na opakowaniu czytelna data produkcji. – 10 szt.

13. Kaniuła donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) Przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi. Kaniuła wyposażona w regulowany pasek zakładany na głowę, umożliwiającą zamocowanie kaniuli na nosie pacjenta. Żelowa podkładka zmniejszająca nacisk w okolicy nozdrzy min. 3 rozmiary po 10 szt.

14. Adapter do tracheostomii 10 szt.

15. Zaoferowany przedmiot posiada dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz.175).

Gwarancja:

1. Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi min 12 m-cy

2. Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 10 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo.

3. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu

Warunki serwisu:

1. W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta)

Obowiązkowy (w cenie oferty) przegląd z końcem biegu gwarancji

2. Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego

3. Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” max 24 godz.
4. Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy
5. Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.
6. Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności)
7. Sprzęt/y będzie/będą pozbawione hasel, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii o wymienionych parametrach oraz wymienione warunki gwarancji i serwisu, ale nie wymaga.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 1 – RESPIRATOR REANIMACYJNO-TRANSPORTOWY Z AKCESORIAMI

Punkt nr 3 – Reduktor butlowy O2 z przepływomierzem i szybkozłączką

Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty bez reduktora butlowego O2 z przepływomierzem i szybkozłączką?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na pakiet nr 1 bez reduktora butlowego O2 z przepływomierzem i szybkozłączką.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 1 – RESPIRATOR REANIMACYJNO-TRANSPORTOWY Z AKCESORIAMI

Punkt nr 3 – Reduktor butlowy O2 z przepływomierzem i szybkozłączką

Czy zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu punkt nr 3 - Reduktor butlowy O2 z przepływomierzem i szybkozłączką?

Odpowiedź: Zamawiający wydziela do odrębnego pakietu reduktor butlowy O2 z przepływomierzem i szybkozłączką.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.


DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Włoszczowie

Rafał Krupa

MARTA JADWIGA
PIWOŃSKA

Elektronicznie podpisany przez
MARTA JADWIGA PIWOŃSKA
Data: 2020.11.05 13:13:41
+01'00'