

Włoszczowa, dnia 09.02.2021 r.

Znak DOAT: 27/02/2021

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert na zakup i dostawa sterylizatora parowego wraz z wyposażeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy: 01/02/2021.

Pytanie nr 1

dot. III TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 16 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 16 tygodni od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 2

dot. Załącznik nr 2, Formularz asortymentowy, Sterylizator parowy wraz z wyposażeniem – 1 szt.

Sterylizator parowy

dot. p. 8

Wnosimy o dopuszczenie sterylizatora z zewnętrznym demineralizatorem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostawę sterylizatora wraz z zewnętrznym demineralizatorem.

Pytanie nr 3

Gwarancja i Serwis

dot. p. 3

Wnosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zapewnienia czasu reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max 24 h w dni robocze?

Odpowiedź: tak, Zamawiający wymaga zapewnienia czasu reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max 24 h przypadające w dni robocze.

Pytanie nr 4

Formularz cenowy

Wnosimy o dopuszczenie dopisania w formularzu cenowym asortymentu o innej stawce VAT niż sterylizator (dot. wyposażenia, które nie jest wyrobem medycznym).



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w formularzu cenowym asortyment o innej stawce VAT dla wyposażenia, które nie jest wyrobem medycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę ogłoszenia - zaproszenia do składania ofert, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.